



## PREFEITURA DE PINHEIROS-ES

Pinheiros/ES, 10 de agosto de 2023.

### **A: COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Venho através deste informar as Empresas que apresentaram amostras conforme solicitado, bem como as que foram aprovadas e reprovadas pelo setor responsável.

#### ITENS:

**Item 04: Avental Hospitalar Descartável Manga Longa 30Gr** – para precaução de contágio. Avental descartável confeccionado em não tecido, composto de 100% de polipropileno SMS. Resistente a fluidos, confortável, maleável. Tamanho mínimo 120x150cm, gramatura mínima 30gr. Aplica-se aos procedimentos gerais devido a sua resistência a fluidos. Com manga longa, elástico nos punhos, decote comum, fechamento com tiras (abertura traseira). Embalado individualmente (embalagem com selagem industrial automatizada). O produto deverá conter na embalagem informações como descrição do produto, tamanho, lote e fabricação). Laudos referente a gramatura comercializada BFE, VFE, CA do TEM e laudos da NBR 10993 (referente a qualidade da matéria prima) e NBR 16693. (APRESENTAR AMOSTRA)

1º LUGAR: CONEXÃO MEDICA COMERCIAL LTDA – **MARCA: HNDESC COMERCIO E CONFEC. PROD. HOSP – NÃO APRESENTOU AMOSTRA**

2º LUGAR: FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – **MARCA: SN MED – APROVADO**

**Item 08: Compressa cirúrgica campo operatório 45x50cm pacote com 50 unidades** – não estéril, quatro camadas, com cadarço duplo em forma de alça, fio 100% puro algodão, extra absorvente, macio, isento de impurezas. Com Registro ANVISA (APRESENTAR AMOSTRA)

1º LUGAR: FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – **MARCA: ANÁPOLIS – APROVADO**

**Item 09: Compressa de gaze hidrófila 9 fios pacote com 500 unidades** - cristalina, dimensão fechada 7,5 x 7,5 cm, dimensão aberta 15cm x 30cm. 100% algodão, 09 fios cm²,



PREFEITURA DE PINHEIROS-ES

com 8 camadas e 5 dobras, em tecido tipo tela, purificadas e isentas de impurezas. REGISTRO ANVISA.

1º Lugar: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – **MARCA: AMED – NÃO APRESENTOU AMOSTRA**

2º Lugar: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – **MARCA: AMERICAN MEDICAL – APROVADO**

**Item 10: Compressa de gaze hidrófila 9 fios pacote com 500 unidades** - cristalina, dimensão fechada 7,5 x 7,5 cm, dimensão aberta 15cm x 30cm. 100% algodão, 09 fios cm<sup>2</sup>, com 8 camadas e 5 dobras, em tecido tipo tela, purificadas e isentas de impurezas. REGISTRO ANVISA. (Cota Reservada 25%) (APRESENTAR AMOSTRA)

1º Lugar: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – **MARCA: AMERICAN MEDICAL – APROVADO**

**Item 11: Dispositivo para incontinência urinária masculina com extensão, nº 06** – Uso externo, preservativo de látex, estéril (APRESENTAR AMOSTRA)

1º Lugar: FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – **MARCA: BIOSANI / BIOSANI INDÚSTRIA E COMÉRCIO – APROVADO**

**Item 30: Fita crepe adesiva hospitalar 19mm x 50m** - com boa adesividade, 1ª qualidade. Com Registro ANVISA (APRESENTAR AMOSTRA)

1º Lugar: FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - **MARCA: APROVADO**

**Item 42: Máscara cirúrgica tripla descartável com elástico** - confeccionada em material não tecido para uso odonto-médico- hospitalar, SMS, tripla camada, uma camada interna e uma externa e obrigatoriamente um elemento filtrante, de forma a atender os requisitos das normas ABNT NBR 15052:2004 e ABNT NBR 14873:2002. Sendo que a camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clip nasal constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. Com elásticos (feito em elastano, performance cilíndrica, que garanta leveza e suavidade durante o uso) bem fixados a máscara. Eficiência da filtração bacteriológica do elemento filtrante EFP 98% e eficiência de filtragem bacteriológica BFE 95%. Processo de fabricação automatizado. Caixa com 50 unidades. REGISTRO ANVISA (APRESENTAR AMOSTRA)



PREFEITURA DE PINHEIROS-ES

1º Lugar: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL – **MARCA:** PREVEMAX ANVISA 80491190001 – **REPROVADO** - Devido à baixa qualidade do elástico lateral, que se solta com facilidade, comprometendo a eficácia do produto e tornando-o inadequado para uso.

2º Lugar: R.F. LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE – **MARCA:** QUALYBLESS – **NÃO APRESENTOU AMOSTRA**

3º Lugar: S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – **MARCA:** AMERICAN MEDICAL – **NÃO APRESENTOU AMOSTRA**

4º Lugar: FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – **MARCA:** SPK – **NÃO APRESENTOU AMOSTRA**

5º Lugar: FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI – **MARCA:** MEDIX – **APROVADO**