

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 047/2023

Resultado da Homologação

0001 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE SINAIS VITAIS 12"

Monitora os seguintes parâmetros: ECG, pressão não invasiva (PANI), oximetria (SpO2), respiração, Temperatura; Inicialização em apenas 10 segundos, Alarmes: - Prioridades: 2 tipos (baixa e alta); Notificação: Audível e visual; Volume: 10 níveis de ajuste. Silêncio de alarme: Ajustável em 30, 60, 120 e 180 s; Curvas de tendência gráfica e tabular de 72 horas - Modos: Neonatal, pediátrico e Adulto; edição Automática de PANI

Tempo de intervalo de dados: 40 segundos e 40 amostras ; Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital; Princípio de funcionamento: Oscilométrica; Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos; Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos; Intervalo de medidas: - Adulto/pediátrico: - Sistólica: 30 - 255 mmHg - Média: 20 - 235 mmHg - Diastólica: 15 - 110 mmHg - Pulso: 40 - 240 BPM - Neonatal: - Sistólica: 30 - 135 mmHg - Média: 20 - 125 mmHg - Diastólica: 15 - 110 mmHg - Pulso: 40 - 240 BPM ; Limite de sobre pressão por software: - Adulto: 290 mmHg máx. - Neonatal: 145 mmHg máx.

Proteção de sobre pressão por hardware: - Adulto: 300 ± mmHg - Neonatal: 150 ± mmHg ; Resolução: 1 mmHg;

SPO2 MÓDULO DIGITAL: Tom varável do beep; Faixa de medição: - 0 - 100%

ECG: Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV. Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s

RESPIRAÇÃO: Técnica: Impedância transtorácica; Faixa de medição: 3 a 150 resp/min

TEMPERATURA: Faixa de medição: 0°C - 50°C; Resolução: ± 0,1 °C; Compatível com a série YSI 400 para sensores de temperatura

ATENDER AS NORMAS: NBR IEC 60601-1:1994 NBR IEC 60601-2:1997 TELA: Tipo: LCD TFT COLOR (Matriz Ativa) tamanho de 12" na diagonal; Traçados: 7 traçados simultâneos BATERIA: Tipo: interna, chumbo-ácido selada, 2,2 Ampéres/h Duração: autonomia 2,5 horas; Índice de Proteção mínima IP 22 Apresentar empresa de DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com copia do registro no CREA sendo esta respo - K-12 / ANVISA: 80901110026 - Valor Referência: 21.426,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI	K-12 / ANVISA: 80901110026	2 Unidade	6.240,00	12.480,00	Homologado em 19/12/2023 09:46:28 Por: Ivan Domingos Silvestre

Ivan Domingos Silvestre

Autoridade Competente

