

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pinheiros

Fundo Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico - 031/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/07/2025 14:06	01/07/2025 14:30	08/07/2025 23:59	11/07/2025 08:30	11/07/2025 08:32

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
07/07/2025 - 16:29:02	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO 031/2025	-

Dúvida: Boa tarde Srs.(as)
Prezados,

A MF de Almeida e cia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05021932000134, com sede em Lages-SC, vem, respeitosamente, por meio deste expediente, apresentar solicitação de esclarecimento em relação a exigências constantes no edital em referência, que trata da aquisição de OBJETO: Aquisição de Diversos Equipamentos Odontológicos, Referente ao pregão 031/2025, que acontecerá no dia 11/07/2025.

Serviços de manutenção preventiva e corretiva durante o período de garantia para equipamentos como fotopolimerizador, autoclave, aparelho de raiox, compressores, consultório odontológico completo e outros;

Apresentação de declaração de assistência técnica localizada no Estado do Espírito Santo, com registro no CREA.

Diante disso, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

A exigência de manutenção preventiva e corretiva se aplica a todos os itens, inclusive de baixa complexidade técnica, como o fotopolimerizador? Seria possível diferenciar os itens com base no nível de criticidade ou risco técnico envolvido?

No caso da declaração de assistência técnica localizada obrigatoriamente no Espírito Santo, é possível aceitar:

Carta de compromisso de atendimento técnico dentro de prazo estipulado (ex.: 48h ou 72h), mesmo com base fora do estado;

Assistência técnica por empresa autorizada ou parceira, desde que seja comprovadamente habilitada e treinada pelo fabricante?

Essa exigência de presença física no estado pode ser considerada restritiva, à luz dos princípios da ampla competitividade e isonomia, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, e jurisprudência do TCU, que desestimula exigências que não guardem proporcionalidade com a natureza do objeto licitado.

Quanto à exigência de registro no CREA para a assistência técnica, solicitamos que seja esclarecido:

Se tal exigência é realmente necessária para todos os tipos de manutenção dos equipamentos listados;

Qual o embasamento legal ou normativo para essa exigência, considerando que boa parte das manutenções pode ser realizada por técnicos treinados, sem necessidade de engenheiro responsável.

Diante do exposto, solicitamos a revisão ou adequação dessas exigências, de forma a permitir uma participação mais ampla no certame, sem prejuízo da qualidade técnica, mas em consonância com os princípios que regem a Administração Pública.

Aguardamos os esclarecimentos dentro do prazo legal.

Atenciosamente: MF DE ALMEIDA E CIA LTDA.

Resposta:

05/07/2025 - 15:41:40 SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - DO PRAZO DE ENTREGA

Dúvida: Boa tarde, Sr. (a) Pregoeiro(a)

Sr. (a) Pregoeiro(a) temos interesse em participar NOS ITENS MATERIAIS PERMANENTES do pregão, porém Consta no TERMO DE REFERÊNCIA o seguinte parágrafo:

"7.2 A entrega dos produtos será efetuada em ATÉ 10 (dez) dias CORRIDOS após a solicitação da repartição pública correspondente, em função de sua importância, podendo a Contratada incorrer em sanções caso assim não proceda sem justificativas plausíveis"

O prazo acima se mostra exíguo, não sendo devidamente considerado que somente para a aquisição junto ao fabricante/fornecedor do produto demora, no mínimo, 20 dias para receber o produto e para a logística necessária para o fornecimento ao órgão, leva-se, pelo menos, mais 10 dias, ou seja, o prazo médio considerável e utilizado em outros órgãos é de 30 dias.

Diante do exposto solicitamos que se altere o prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias, caso a entrega não seja realizada dentro desse prazo por motivo alheio a contratada (casos fortuitos ou de força maior), ou alternativamente, que seja concedido prorrogação de prazo para o fornecedor, por ocasião no atraso de entrega ocasionado por fator externo à Empresa Contratada/Detentora.

"Se não for possível, infelizmente não conseguiremos participar"

Grato,
SOUL
Setor de licitações
Blumenau - SC

Resposta:

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR - DEVE POSSUIR POTÊNCIA DE ATÉ 2500 MW/CM². POSSUIR NO MÍNIMO DOIS MODOS DE POTÊNCIA PARA O DENTISTA USAR EM BAIXA OU EM ALTA POTENCIA DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. TER CAPACIDADE DE POLIMERIZAR CAMADAS DE RESINAS EM APENAS 1 SEGUNDO, DANDO AGILIDADE AOS TRABALHOS EM NOSSOS POSTOS DE SAÚDE. O LED DEVE FICAR NA PONTA DO APARELHO PARA MELHOR ENTREGA DE ENERGIA. NÃO DEVE TER FIBRA ÓPTICA VISANDO EVITAR QUEBRAS E CUSTOS PARA O MUNICÍPIO. DEVE ACOMPANHAR PROTETOR OCULAR, PONTA DE APLICAÇÃO, CAPAS DE PROTEÇÃO DA PONTA E ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. A BATERIA DEVE SER DE LI-ION DE NO MÍNIMO 1300MAH. O LED DEVE SER DE NO MÍNIMO 5W DE POTÊNCIA, O PESO MÁXIMO DEVE SER DE 300G. DEVE APRESENTAR UMA EMPRESA COM CREA- ES QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE 12 MESES EM TODAS UNIDADES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS SEM CUSTOS.	R\$ 2.216,66	9 UND	Aceito
0002	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO – PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP , INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTÊNCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO C/ CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DÉCIMOS E CENTÉSIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8 X 0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHAR ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR DE 300 MM USANDO PROLONGADOR, COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TENSÃO 127V EM 60 HZ. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA EMPRESA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM CÓPIA DO REGISTRO NO CREA SENDO ESTA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA PARA OS ITENS COTADOS. OFERECER TREINAMENTO PARA OS USUÁRIOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	R\$ 16.743,00	7 UND	Aceito
0003	APARELHO DE RAO X ODONTOLÓGICO – PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP , INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTÊNCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO C/ CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DÉCIMOS E CENTÉSIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8 X 0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHAR ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR DE 300 MM USANDO PROLONGADOR, COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TENSÃO 127V EM 60 HZ. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA EMPRESA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM CÓPIA DO REGISTRO NO CREA SENDO ESTA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA PARA OS ITENS COTADOS. OFERECER TREINAMENTO PARA OS USUÁRIOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	R\$ 16.743,00	2 UND	Aceito



0004	AUTOCLAVE COM VASO DE PRESSÃO EM AÇO INOX DE NO MÍNIMO 20L. PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. DEVE POSSUIR REGISTRO NO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO N° 255 DE 29/05/2014. DEVE POSSUIR DISPLAY EM LCD COM NO MÍNIMO 4 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. POSSIBILITAR SECAGEM EFICIENTE COM PORTA FECHADA. DEVE POSSUIR E POSSIBILITAR O USO DE 4 BANDEJAS EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX NA CÂMARA. A TAMPA DEVE SER EM AÇO INOX PARA MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE DE LIMPEZA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE PARA ALTITUDE VISANDO EVITAR FALHAS NA ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS. POSSUIR PROGRAMA DE SECAGEM EXTRA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS, CHAVE E TRAVA DA PORTA. DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICA. CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 800 WATTS POR HORA. CONSUMO MÁXIMO DE AGUA DESTILADA DE 300 ML POR CICLO. DEVE APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA A COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO FABRICANTE NO INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DEVE SER DE 1500 WATTS. POSSUIR DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 24 CENTÍMETROS E PROFUNDIDADE DO VASO DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 45 CENTÍMETROS. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 2 ANOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O COPO GRADUADO, SUPORTE DE BANDEJA, 4 BANDEJAS, SUPORTE PARA BANDEJAS, ABRAÇADEIRA E NO MÍNIMO 1,5 METROS DE MANGUEIRA PARA SAÍDA DO VAPOR. DEVE APRESENTAR UMA EMPRESA COM CREA- ES QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE 12 MESES EM TODAS UNIDADES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS SEM CUSTOS.	R\$ 8.800,00	9 UND	Aceito
0005	BOMBA A VÁCUO PORTÁTIL – PARA SUÇÃO DE FLUIDOS E RESÍDUOS PROVENIENTES DE TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS. ACIONAMENTO ELETRÔNICO POR PEDAL OU AUTOMÁTICO. MOTOR MÍNIMO DE 1/5CV, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 6 LITROS. VAZÃO MÍNIMA DE 35L/MIN.	R\$ 4.863,33	8 UND	Aceito
0006	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABEÇA DEVE MEDIR NO MÁXIMO (12,5X13,5MM), DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 SAÍDAS DE SPRAY, ROLAMENTOS DE CERÂMICA E SISTEMA QUE EVITA ENTRADA DE RESÍDUOS NA CABEÇA. DEVE TER POTÊNCIA MÍNIMA DE 16 W, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO. GARANTIA DE 12 MESES.	R\$ 1.316,66	25 UND	Aceito
0007	CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - COM CABEÇA REDUZIDA, COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR INTRA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360º NO MICROMOTOR E ROTAÇÃO DE 30.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, SISTEMA PUSH BOTTON E IRRIGAÇÃO EXTERNA. GARANTIA DE 12 MESES.	R\$ 1.050,00	25 UND	Aceito



0008	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS, ISENTO DE ÓLEO. DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), POSSUIR ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES DE ACORDO COM A NR13-ASME VIII; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO MOTOR DE 2HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VÁLVULA DE SEGURANÇA. DEVE POSSUIR GABINETE METÁLICO COM VENTONHA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. DEVE ACOMPANHAR PURGADOR ELETRÔNICO E PAINEL COM HORÍMETRO, CHAVE LIGA E DESLIGA, MANÔMETRO DE PRESSÃO DO VASO DE PRESSÃO, REGULADOR DE AR E MANÔMETRO DE PRESSÃO DE SAÍDA. CERTIFICADO DO VASO DE PRESSÃO. DEVE TER RUÍDO MÁXIMO DE 52 DECIBÉIS. DEVE TER NO MÍNIMO 9,5 PCM DE DESLOCAMENTO DE AR. TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR. DEVE APRESENTAR UMA EMPRESA COM CREA- ES QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE 12 MESES EM TODAS UNIDADES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS SEM CUSTOS PARA O MUNICÍPIO.	R\$ 16.066,66	6 UND	Aceito
0009	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS, ISENTO DE ÓLEO. DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), POSSUIR ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES DE ACORDO COM A NR13-ASME VIII; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO MOTOR DE 2HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VÁLVULA DE SEGURANÇA. DEVE POSSUIR GABINETE METÁLICO COM VENTONHA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. DEVE ACOMPANHAR PURGADOR ELETRÔNICO E PAINEL COM HORÍMETRO, CHAVE LIGA E DESLIGA, MANÔMETRO DE PRESSÃO DO VASO DE PRESSÃO, REGULADOR DE AR E MANÔMETRO DE PRESSÃO DE SAÍDA. CERTIFICADO DO VASO DE PRESSÃO. DEVE TER RUÍDO MÁXIMO DE 52 DECIBÉIS. DEVE TER NO MÍNIMO 9,5 PCM DE DESLOCAMENTO DE AR. TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR. DEVE APRESENTAR UMA EMPRESA COM CREA- ES QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE 12 MESES EM TODAS UNIDADES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS SEM CUSTOS PARA O MUNICÍPIO.	R\$ 16.066,66	2 UND	Aceito
0010	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO - COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTÍNUA. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 190 KG, VOLTA À ZERO, NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS...	R\$ 31.300,00	3 UND	Aceito
0011	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO - COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTÍNUA. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 190 KG, VOLTA À ZERO, NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS...	R\$ 31.300,00	1 UND	Aceito
0012	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL – SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO COMUM DE 04 LITROS. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA DE 3,8 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO DE 6 A 8 HORAS. VOLTAGEM DE 127 OU 220 VOLTS. PESO 4 KILOS. GARANTIA DE 01 ANO.	R\$ 1.440,00	15 UND	Aceito
0013	FISIOMOCHO - COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO CROMADO. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO CATRACA AUTO AJUSTÁVEL COM NO MÍNIMO 10 PONTOS DE REGULAGEM; MECANISMO SINCRONIZADO DE REGULAGEM DE ASSENTO/ENCOSTO. ACABAMENTO NAS PARTES METÁLICAS EM CROMO DURO...	R\$ 2.650,00	25 UND	Aceito



0014	LAZER DE BAIXA POTÊNCIA, TIPO: PORTÁTIL, SEM FIO -MODELO: COM LASER VERMELHO E INFRATERMELHO, APLICAÇÃO: USO TERAPÊUTICO NA ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM, MEDICINA E FISIOTERAPIA; COMPRIMENTO DE ONDAS LASER VERMELHO (NM): 660; COMPRIMENTO DE ONDAS LASER INFRATERMELHO (NM): 808; POTÊNCIA (WATTS): 100 NO MÍNIMO; TIPO DE BATERIA: DE LI-ION COM NO MÍNIMO 600 MA; AUTONOMIA DA BATERIA: 3 HORAS CONTÍNUAS DE USO...	R\$ 5.896,66	2 UND	Aceito
0015	MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ROTAÇÃO DE 25.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360° DE PEÇAS ACOPLADAS E ENCAIXE BORDEN. DEVE SER DA MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO QUE ESTÁ NESSE PROCESSO.	R\$ 1.266,66	25 UND	Aceito
0016	NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO ULTRA FINO - ESPESSURA 7MM; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED; SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÁ; PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO); DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM; PESO APROXIMADO: 625 G; BIVOLT (AJUSTE AUTOMÁTICO); COM SUPORTE DE MESA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA 2 ANOS.	R\$ 825,33	9 UND	Aceito
0017	SELADOR DE EMBALAGEM CIRÚRGICA - COM ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 13 MM, POSSIBILITA SELAGEM DE EMBALAGENS COM LARGURA DE ATÉ 300MM. DEVE POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W, CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM BIP SONORO, ALAVANCA DE SELAGEM. DEVE ACOMPANHAR SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FAÇA EM AÇO TEMPERADO ROTATIVA COM LARGURA DE NO MÍNIMO 350MM...	R\$ 3.116,66	15 UND	Aceito
0018	ULTRASSOM DE 28KHZ COM TRÊS MODOS DE TRABALHO, SENDO ENDODONTIA, PERIODONTIA E RASPAGEM. COMPACTO E COM PESO MÁXIMO DE 1,0 QUILO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE. ACIONAMENTOS DAS FUNÇÕES COM APENAS UM TOQUE E SEM NECESSIDADE DE APERTAR BOTÕES. DEVE POSSUIR. CONSOLE COM PAINEL DE CONTROLE TOTALMENTE LISO, COM FACILIDADE DE ASSEPSIA E IMPERMEÁVEL...	R\$ 6.960,00	8 UND	Fracassado

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: A Prefeitura Municipal de Pinheiros/ES, opta pelo orçamento sigiloso, em função da necessidade de evitar o sobrepreço do objeto do edital, a escolha pelo orçamento sigiloso evita que os licitantes estejam ancorados ao valor máximo pretendido pela Administração, caso em que a aplicação eficaz dos recursos públicos poderá ser prejudicada, além de evitar o sobrepreço do objeto do edital a escolha pelo orçamento sigiloso incentiva competição saudável entre os licitantes a fim de que a Administração pública encontre o melhor preço por item.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/07/2025 - 14:06	Edital PE n° 31 - 2025 - Equipamentos odontológicos.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
18/07/2025 - 08:05:51	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:07:50	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:09:00	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:10:23	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:14:06	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:17:36	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



18/07/2025 - 08:18:36	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:18:59	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:19:32	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:20:08	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:21:09	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:21:41	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:22:12	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:22:31	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:22:58	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:23:21	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:27:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:29:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:29:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:29:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:38:11		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:38:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 08:39:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 09:01:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 09:01:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 09:01:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:04:54	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:05:12	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:05:31	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:05:49	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



22/08/2025 - 15:08:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:14:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 15:15:01		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 16:31:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0014 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/08/2025 - 17:17:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 08:41:12	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 08:45:19		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2025 - 09:01:34	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 08:54:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 08:31:03	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 08:33:37	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:08:27	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:18:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:19:25	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:19:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:28:43	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:29:15	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:38:38	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:45:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:54:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:55:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:56:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 09:56:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



03/10/2025 - 10:00:58	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 13:35:55	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 13:36:56	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 13:47:15	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 14:07:02	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 14:33:08	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 14:39:31	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 14:44:19	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/10/2025 - 15:44:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 08:16:12	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 08:29:05	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 08:56:42	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/10/2025 - 08:59:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 09:07:04	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 09:47:20	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 09:48:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:29:24	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:30:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:30:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:30:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:31:13		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/10/2025 - 10:38:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 17:50:11	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 17:59:58	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/10/2025 - 18:01:31	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 031/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



20/10/2025 - 07:57:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2025 - 09:16:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0018 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/10/2025 - 08:22:23	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 07:41:11	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 07:42:57	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 13:32:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/11/2025 - 13:40:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/12/2025 - 16:34:00	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/12/2025 - 07:42:31	Documentos solicitados para o processo 031/2025	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 031/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potência de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de lítio de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	EMITTER D	SCHUSTER	1.380,00	9	12.420,00



0002	Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADOR	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADOR	7.857,14	7	54.999,98
------	---	------------------------------------	---	---	----------	---	-----------



0003	Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADOR	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADO	7.857,14	2	15.714,28
------	---	------------------------------------	---	--	----------	---	-----------



0004	Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpra a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	2.1	DIGITALE	4.725,00	9	42.525,00
0005	Bomba a vácuo portátil – Para sucção de fluidos e resíduos provenientes de tratamentos odontológicos. Acionamento Eletrônico por pedal ou automático. Motor mínimo de 1/5cv, alimentação bivolt, Capacidade de armazenamento mínimo de 6 litros. Vazão mínima de 35l/min.	Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	BIOTRON/MEGA VAC	BIOTRON/MEGA VAC	3.975,00	8	31.800,00



0006	Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.	DENTAL BH BRASIL	IMPACT 3S PB CERAMIC	DENTFLEX	532,55	25	13.313,75
0007	Contra ângulo odontológico - com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 30.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. Garantia de 12 meses.	DENTAL BH BRASIL	FX 110 PB C SPRAY	DENTFLEX	449,78	25	11.244,50
0008	Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PRIME AIR 65 - 110V OU 220V	DENTEMED/DENTEMED	3.900,00	6	23.400,00



0009	Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PRIME AIR 65 - 110V OU 220V	DENTEMED/DENTEMED	3.900,00	2	7.800,00
0010	Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por motor-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	21.450,00	3	64.350,00
0011	Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por motor-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	21.450,00	1	21.450,00
0012	Destilador de água portátil – Sem necessidade de instalação hidráulica. Capacidade do reservatório comum de 04 litros. Capacidade do reservatório de água destilada de 3,8 litros. Duração do ciclo de 6 a 8 horas. Voltagem de 127 ou 220 volts. Peso 4 kilos. Garantia de 01 ano.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	KONDENTECH-AQUA-TECH	KONDENTECH-AQUA-TECH	500,00	15	7.500,00



0013	FISIOMOCHO - com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metálicas em cromo duro...	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD CHROME	DENTEMED/DENTEMED	750,00	25	18.750,00
0014	Lazer de baixa potência, Tipo: Portátil, sem fio - Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicação: Uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potência (Watts): 100 no mínimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no mínimo 600 mA; Autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso...	Vs Costa & Cia Ltda	MMO - modelo LASER DUO 3.0	MMO - modelo LASER DUO 3.0	3.780,00	2	7.560,00
0015	Micro motor odontológico - esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, Sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360º de peças acopladas e encaixe borden. Deve ser da mesma marca do contra ângulo que está nesse processo.	DENTAL BH BRASIL	MI01 PRIME RI	DENTFLEX	599,94	25	14.998,50
0016	Negatoscópio panorâmico ultra fino - Espessura 7mm; Sistema de iluminação por LED; Sistema de fixação das radiografias por imã; permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); Dimensão aproximada do produto 290 x 180 x 7 mm; Peso aproximado: 625 g; Bivolt (ajuste automático); com suporte de mesa e fonte de alimentação. Garantia 2 anos.	Vs Costa & Cia Ltda	BIOTRON-1- Negato ULTRA PANO 13 P022/P1	BIOTRON-1- Negato ULTRA PANO 13 P022/P1	410,00	9	3.690,00
0017	Selador de embalagem cirúrgica - com estrutura construída em aço com largura de selagem mínima de 13 mm, Possibilita selagem de embalagens com largura de até 300mm. Deve possuir Controle eletrônico de temperatura até 300°C, potência mínima de 150W, Controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro, Alavanca de selagem. Deve acompanhar suporte e cortador de bobinas com faca em aço temperado rotativa com largura de no mínimo 350mm...	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cristófoli SEL	Cristófoli SEL	614,20	15	9.213,00



0018	ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...	0,00	8	0,00
------	--	------	---	------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-Ion de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA– ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	52.469.209/0001-00	05/07/2025 - 09:27:36	O-Light	MMOptics	9	R\$3.000,00	R\$ 27.000,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 16:58:04	EMITTER NOW	SCHUSTER	9	R\$4.900,00	R\$ 44.100,00	Sim
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	10/07/2025 - 08:42:38	KONDENTECH-K-LED POLYWAVE	KONDENTECH-K-LED POLYWAVE	9	R\$2.600,00	R\$ 23.400,00	Sim
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	10/07/2025 - 14:34:55	LED	KONDENTECH	9	R\$2.000,00	R\$ 18.000,00	Sim
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	10/07/2025 - 15:08:21	EMITTER NOW	SCHSTER	9	R\$2.000,00	R\$ 18.000,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:35:18	SCHUSTER-Emmitter NOW	SCHUSTER-Emmitter NOW	9	R\$1.672,00	R\$ 15.048,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 15:55:56	EMITTER D	SCHUSTER	9	R\$2.200,00	R\$ 19.800,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:13:35	LED6	KONDENTECH	9	R\$1.000,00	R\$ 9.000,00	Sim



EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:19:05	O-LIGHT	MMO	9	R\$1.650,00	R\$ 14.850,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:14	O-LIGHT	MM OPTICS	9	R\$2.101,83	R\$ 18.916,47	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:21	SDI RADIICAL/CX	SDI RADIICAL/CX	9	R\$3.000,00	R\$ 27.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 18:52:43	DB686 HALO - ANVISA: 80349609012"	COXO/FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO.	9	R\$2.100,00	R\$ 18.900,00	Sim
D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	10/07/2025 - 18:57:07	EMITTER NOW	SCHUSTER	9	R\$2.500,00	R\$ 22.500,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:00:01	O-Light	MMOptics	9	R\$3.000,00	R\$ 27.000,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	11/07/2025 - 07:25:30	Schuster Emitter Now	Schuster Emitter Now	9	R\$1.800,00	R\$ 16.200,00	Sim

0002 - Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 16:58:42	COLUNA MOVEL PANTOGRAFICO	PRO X	7	R\$23.900,00	R\$ 167.300,00	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	10/07/2025 - 13:33:48	PRO X	PRO-X	7	R\$16.000,00	R\$ 112.000,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:35:31	PRO X - coluna móvel standard	PRO X - coluna móvel standard	7	R\$14.400,00	R\$ 100.800,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:00:07	STANDARD	ION PRO X	7	R\$15.500,00	R\$ 108.500,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:13:55	X70	XDENT	7	R\$30.000,00	R\$ 210.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:19:49	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADOR	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADOR	7	R\$9.166,67	R\$ 64.166,69	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/07/2025 - 17:22:26	COLUNA MOVEL	ION PRO X	7	R\$15.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:14	D700 MAX	ALLIAGE	7	R\$10.981,07	R\$ 76.867,49	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:20	ALLIAGE/SAEVO/PAREDE	ALLIAGE/SAEVO/PAREDE	7	R\$12.000,00	R\$ 84.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 18:58:24	ION PROX - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD	PRO X/CLEONICE APARECIDA PRODOSSIMO DE	7	R\$12.000,00	R\$ 84.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:07:51	Saevo	Alliage	7	R\$18.000,00	R\$ 126.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	11/07/2025 - 08:22:14	xDent	xDent	7	R\$13.000,00	R\$ 91.000,00	Sim

0003 - Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma



empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:00:13	COLUNA MOVEL PANTOGRAFICO	PRO X	2	R\$23.900,00	R\$ 47.800,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:40:13	PRO X - coluna móvel standard	PRO X - coluna móvel standard	2	R\$14.400,00	R\$ 28.800,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 15:59:42	STANDARD	ION PRO X	2	R\$15.500,00	R\$ 31.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:16:06	x70	xdent	2	R\$30.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:21:45	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADOR	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADO	2	R\$9.166,67	R\$ 18.333,34	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/07/2025 - 17:23:34	COLUNA MOVEL	ION PRO X	2	R\$15.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:14	D700 MAX	ALLIAGE	2	R\$10.981,07	R\$ 21.962,14	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:23	ALLIAGE/SAEVO/PAREDE	ALLIAGE/SAEVO/PAREDE	2	R\$12.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	10/07/2025 - 18:57:56	COLUNA MOVEL	D700	2	R\$17.000,00	R\$ 34.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 18:59:47	ION PROX - COLUNA MÓVEL BASICO STANDARD	PRO X/CLEONICE APARECIDA	2	R\$12.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:07:30	Saevo	Alliage	2	R\$18.000,00	R\$ 36.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	11/07/2025 - 08:22:30	X-DENT	X-DENT	2	R\$13.000,00	R\$ 26.000,00	Sim

0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts.

Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA-ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	04/07/2025 - 15:26:07	21LT	ALT	9	R\$7.900,00	R\$ 71.100,00	Sim
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	07/07/2025 - 15:52:16	2.1	DIGITALE	9	R\$7.000,00	R\$ 63.000,00	Sim
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	08/07/2025 - 15:32:29	VOLAREMED	VOLAREMED	9	R\$7.000,00	R\$ 63.000,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:00:43	VITALE CD 21	CRISTOFOLI	9	R\$14.900,00	R\$ 134.100,00	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	10/07/2025 - 13:35:42	BS DIGITALE 2.1	BS DIGITALE 2.1	9	R\$9.000,00	R\$ 81.000,00	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	10/07/2025 - 14:21:31	21 LITROS	VOLAREMED	9	R\$8.000,00	R\$ 72.000,00	Sim
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	10/07/2025 - 14:35:29	DIGITALE	BS	9	R\$8.500,00	R\$ 76.500,00	Sim



MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	10/07/2025 - 15:08:54	VITALE CLAS CD 21L	CRISTOFOLI	9	R\$8.000,00	R\$ 72.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:00:43	21L BIVOLT	VOLAREMED	9	R\$9.000,00	R\$ 81.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:17:26	2.1	BS	9	R\$13.000,00	R\$ 117.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:22:09	CRISTOFOLI/ AUTOCLAVE VITALE CD 21 L	CRISTOFOLI/ AUTOCLAVE VITALE CD 21 L	9	R\$8.091,67	R\$ 72.825,03	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	11/07/2025 - 08:22:30	2.1	BS DIGITALE	9	R\$8.000,00	R\$ 72.000,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:14	VITALE CD 21L	CRISTOFOLI	9	R\$10.487,30	R\$ 94.385,70	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:23	CRISTÓFOLI/VITALE CD 21L	CRISTÓFOLI/VITALE CD 21L	9	R\$7.950,00	R\$ 71.550,00	Sim
D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	10/07/2025 - 18:58:20	VITALE 21 LITROS	CRISTOFOLI	9	R\$8.000,00	R\$ 72.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:00:51	AUTOPRIME 21 13 BIVOLT	DENTEMED/DENTEMED	9	R\$5.000,00	R\$ 45.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:08:39	Vitale	Cristofoli	9	R\$8.000,00	R\$ 72.000,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	11/07/2025 - 07:26:41	BS Digitale 2.1	BS Digitale 2.1	9	R\$6.500,00	R\$ 58.500,00	Sim

0005 - Bomba a vácuo portátil – Para sucção de fluidos e resíduos provenientes de tratamentos odontológicos. Acionamento Eletrônico por pedal ou automático. Motor mínimo de 1/5cv, alimentação bivolt, Capacidade de armazenamento mínimo de 6 litros. Vazão mínima de 35l/min.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:17:49	HR6005	ASPIRATEx	8	R\$3.000,00	R\$ 24.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:22:36	GNATUS/ SUGMASTER 6 LITROS	GNATUS/ SUGMASTER 6 LITROS	8	R\$6.666,67	R\$ 53.333,36	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:21	BIOTRON/MEGA VAC	BIOTRON/MEGA VAC	8	R\$4.500,00	R\$ 36.000,00	Sim
D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	10/07/2025 - 18:59:22	MEGAVAC	BIOTRON	8	R\$7.000,00	R\$ 56.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:12:09	Mega Vac	Biotron	8	R\$4.000,00	R\$ 32.000,00	Sim
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	11/07/2025 - 07:21:52	SUGMASTER 6L	GNATUS	8	R\$5.925,61	R\$ 47.404,88	Sim

0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	07/07/2025 - 15:52:54	ALTA ROTAÇÃO	NEOLAB	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	09/07/2025 - 17:52:31	CX207 FG	dentemed	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	10/07/2025 - 08:43:01	KONDENTECH - (SEM LED) KDT-1500	KONDENTECH - (SEM LED) KDT-1500	25	R\$420,00	R\$ 10.500,00	Sim
K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.669.174/0001-59	10/07/2025 - 11:46:37	Próprio	Própria/Próprio	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:40:52	Dentflex Impact 3S PB 10427100019	Dentflex Impact 3S PB 10427100019	25	R\$820,00	R\$ 20.500,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:01:29	PRIME	DENTEMED	25	R\$750,00	R\$ 18.750,00	Sim



JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:18:29	INTRA	DENTSCLER	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:23:06	NSK/ PANAMAX PAP 2	NSK/ PANAMAX PAP 2	25	R\$975,00	R\$ 24.375,00	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/07/2025 - 17:28:22	NECTA ATIVA	DENTSCLER	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:15	IMPACT 3S PB CERAMIC	DENTFLEX	25	R\$760,08	R\$ 19.002,00	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:21	NSK/PAP SU M4	NSK/PAP SU M4	25	R\$1.500,00	R\$ 37.500,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:02:07	CX207-W-2 PB ""SPRAY TRIPLO""	DENTEMED/FOSHAN COXO MEDICAL	25	R\$600,00	R\$ 15.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:34:03	Z 20	Scuster	25	R\$900,00	R\$ 22.500,00	Sim
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	11/07/2025 - 07:22:14	PAP2-SU B2	NSK	25	R\$1.189,98	R\$ 29.749,50	Sim

0007 - Contra ângulo odontológico - com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 30.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push botton e irrigação externa. Garantia de 12 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	07/07/2025 - 15:53:15	CONTRA ANGULO	NEOLAB	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	09/07/2025 - 17:53:52	CX 2351F	dentemed	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	10/07/2025 - 08:43:14	KONDENTECH-CONTRA ÂNGULO	KONDENTECH-CONTRA ÂNGULO	25	R\$400,00	R\$ 10.000,00	Sim
K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.669.174/0001-59	10/07/2025 - 11:47:46	Próprio	Própria/Próprio	25	R\$975,00	R\$ 24.375,00	Sim
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	10/07/2025 - 14:36:08	DENTSCLER	DENTSCLER	25	R\$2.500,00	R\$ 62.500,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:41:25	Dentflex FX 110 PB Prime 1:1 10427100021	Dentflex FX 110 PB Prime 1:1 10427100021	25	R\$718,00	R\$ 17.950,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:01:54	PRIME	DENTEMED	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:18:55	INTRA	DENTSCLER	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:23:30	NSK/ FX23	NSK/ FX23	25	R\$591,67	R\$ 14.791,75	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/07/2025 - 17:28:40	INTRA	DENTSCLER	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:15	FX 110 PB C SPRAY	DENTFLEX	25	R\$648,60	R\$ 16.215,00	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:21	NSK/FX 25	NSK/FX 25	25	R\$1.250,00	R\$ 31.250,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:02:59	CX235-1F PB	DENTEMED/FOSHAN COXO MEDICAL	25	R\$900,00	R\$ 22.500,00	Sim
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	11/07/2025 - 07:22:34	FX23	NSK	25	R\$625,33	R\$ 15.633,25	Sim

0008 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:04:17	10 BPO RV 40L	CHIAPERINI	6	R\$12.900,00	R\$ 77.400,00	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	10/07/2025 - 13:36:39	CHIAPERINI MC 10 BPO 40L	CHIAPERINI MC 10 BPO 40L	6	R\$8.000,00	R\$ 48.000,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:42:05	SCHUSTER - Compressor S50	SCHUSTER - Compressor S50	6	R\$8.008,00	R\$ 48.048,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:03:10	50L 220V	COMPBRASIL	6	R\$4.200,00	R\$ 25.200,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:20:16	cpsd7040	tekna	6	R\$3.500,00	R\$ 21.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:24:01	AIR ZAP/DAE 2000	AIR ZAP/DAE 2000	6	R\$12.916,67	R\$ 77.500,02	Sim
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	52.919.905/0001-63	10/07/2025 - 16:43:22	cmo 8/50	motomil	6	R\$10.408,44	R\$ 62.450,64	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/07/2025 - 17:28:56	50L	MOTOMIL	6	R\$5.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:23	SCHULZ/CSD 9-30	SCHULZ/CSD 9-30	6	R\$7.000,00	R\$ 42.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:04:20	PRIME AIR 65 - 110V OU 220V	DENTEMED/DENTEMED	6	R\$6.000,00	R\$ 36.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:38:12	40 litros 10 bpo	Chiaperini	6	R\$8.000,00	R\$ 48.000,00	Sim

0009 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:04:52	10 BPO RV 40L	CHIAPERINI	2	R\$12.900,00	R\$ 25.800,00	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	10/07/2025 - 13:37:22	CHIAPERINI MC 10 BPO 40L	CHIAPERINI MC 10 BPO 40L	2	R\$8.000,00	R\$ 16.000,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:42:46	SCHUSTER - Compressor S50	SCHUSTER - Compressor S50	2	R\$8.008,00	R\$ 16.016,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:04:26	50L 220V	COMPBRASIL	2	R\$4.200,00	R\$ 8.400,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:20:57	cpsd7040	tekna	2	R\$3.500,00	R\$ 7.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:24:27	AIR ZAP/DAE 2000	AIR ZAP/DAE 2000	2	R\$12.916,67	R\$ 25.833,34	Sim
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	52.919.905/0001-63	10/07/2025 - 16:43:43	cmo 8/50	motomil	2	R\$10.408,44	R\$ 20.816,88	Sim
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/07/2025 - 17:29:12	50L	MOTOMIL	2	R\$5.000,00	R\$ 10.000,00	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:21	SCHULZ/CSD 9-30	SCHULZ/CSD 9-30	2	R\$7.000,00	R\$ 14.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:04:14	PRIME AIR 65 - 110V OU 220V	DENTEMED/DENTEMED	2	R\$6.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:39:05	40 litros 10 bpo	Chiaperini	2	R\$8.000,00	R\$ 16.000,00	Sim

0010 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:06:20	AIR D703 3 LEDS	D 700	3	R\$59.000,00	R\$ 177.000,00	Sim
LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	09/07/2025 - 17:58:43	dentemed	dentemed	3	R\$25.000,00	R\$ 75.000,00	Sim
Olsen Indústria e Comércio S.A.	83.802.215/0001-53	10/07/2025 - 11:01:32	Sprint + Opcionais	Olsen/Olsen	3	R\$29.980,00	R\$ 89.940,00	Não
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	10/07/2025 - 14:37:24	DENTEMED	DENTEMED	3	R\$35.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:05:05	ONE FLEX	DENTEMED	3	R\$35.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:21:23	PRIME	DENTMED	3	R\$45.000,00	R\$ 135.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:24:55	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	3	R\$25.000,00	R\$ 75.000,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:14	CJ D702 MOCHO COMFORT	ALLIAGE	3	R\$39.499,25	R\$ 118.497,75	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:21	ALLIAGE/SAEVO/S202	ALLIAGE/SAEVO/S202	3	R\$28.000,00	R\$ 84.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:24:23	CX ONE CX-8000 + acessórios e opcionais	FOSHAN CHUANGXIN MEDICAL APPARATUS CO. -	3	R\$25.000,00	R\$ 75.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:44:27	S 202	Saevo	3	R\$38.000,00	R\$ 114.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	11/07/2025 - 08:22:58	d702	d702	3	R\$40.000,00	R\$ 120.000,00	Sim

0011 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	08/07/2025 - 13:16:51	MM OPTICS	LASER DUO	1	R\$5.500,00	R\$ 5.500,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:07:18	D703 3LEDS	D700	1	R\$59.000,00	R\$ 59.000,00	Sim
LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	09/07/2025 - 17:59:30	dentemed	dentemed	1	R\$25.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:05:50	ONE FLEX	DENTEMED	1	R\$35.000,00	R\$ 35.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:22:38	PRIME	DENTEMED	1	R\$45.000,00	R\$ 45.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:25:16	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	1	R\$25.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:15	CJ D702 MOCHO COMFORT	ALLIAGE	1	R\$39.499,25	R\$ 39.499,25	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:21	ALLIAGE/SAEVO/S202	ALLIAGE/SAEVO/S202	1	R\$28.000,00	R\$ 28.000,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:23:58	Consultório Odontológico CX ONE CX-8000	FOSHAN CHUANGXIN MEDICAL APPARATUS CO. -	1	R\$25.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:45:41	s202	Saevo	1	R\$38.000,00	R\$ 38.000,00	Sim
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	11/07/2025 - 08:23:17	d702	d702	1	R\$40.000,00	R\$ 40.000,00	Sim

0012 - Destilador de água portátil – Sem necessidade de instalação hidráulica. Capacidade do reservatório comum de 04 litros. Capacidade do reservatório de água destilada de 3,8 litros. Duração do ciclo de 6 a 8 horas. Voltagem de 127 ou 220 volts. Peso 4 kilos. Garantia de 01 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	07/07/2025 - 15:54:37	DESTILADOR	VRM	15	R\$1.500,00	R\$ 22.500,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:08:07	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	15	R\$3.000,00	R\$ 45.000,00	Sim
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	09/07/2025 - 21:48:10	4L - 450W	CRISTOFOLI	15	R\$2.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	10/07/2025 - 08:43:40	KONDETECH-AQUA-TECH	KONDETECH-AQUA-TECH	15	R\$860,00	R\$ 12.900,00	Sim
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	10/07/2025 - 13:38:18	KONDETECH AGUA - TECH	KONDETECH AGUA - TECH	15	R\$1.800,00	R\$ 27.000,00	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	10/07/2025 - 14:21:32	4 LITROS	BIOTRON	15	R\$2.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	10/07/2025 - 14:39:34	AQUATECH	KONDETECH	15	R\$1.500,00	R\$ 22.500,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:43:18	SCHUSTER-Water Clean	SCHUSTER-Water Clean	15	R\$1.316,00	R\$ 19.740,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:06:24	4 LITROS	BIOTRON	15	R\$1.800,00	R\$ 27.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:23:01	AQUATECH	KONDETECH	15	R\$1.500,00	R\$ 22.500,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:25:37	EVOTECH/DESTILADOR 4 LITROS	EVOTECH/DESTILADOR 4 LITROS	15	R\$1.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:15	BIOTRON	BIOTRON	15	R\$1.295,21	R\$ 19.428,15	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:22	CRISTÓFOLI	CRISTÓFOLI	15	R\$1.900,00	R\$ 28.500,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:17:27	DESTILADORA PRIME WHITE 13 127V ou 220V	DENTEMED/DENTEMED	15	R\$900,00	R\$ 13.500,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:46:27	Biotron	Biotron	15	R\$1.200,00	R\$ 18.000,00	Sim
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	11/07/2025 - 07:23:22	4L	CRISTOFOLI	15	R\$1.279,90	R\$ 19.198,50	Sim

0013 - FISIOMOCHO - com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metálicas em cromo duro...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:23:34	5R	FLEX	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:25:58	LAYOUT/SPACE FIOSIOMOCHO	LAYOUT/SPACE FIOSIOMOCHO	25	R\$2.250,00	R\$ 56.250,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:18:00	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD CHROME	DENTEMED/DENTEMED	25	R\$900,00	R\$ 22.500,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:47:44	Comfort	Saevo	25	R\$2.300,00	R\$ 57.500,00	Sim

0014 - Lazer de baixa potência, Tipo: Portátil, sem fio -Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicação: Uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potência (Watts): 100 no mínimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no mínimo 600 mA; Autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	52.469.209/0001-00	05/07/2025 - 09:29:06	Laser Duo ILIB	MMOptics	2	R\$6.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	08/07/2025 - 13:16:52	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	2	R\$950,00	R\$ 1.900,00	Sim
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:09:02	MM OPTICS	DUO	2	R\$9.800,00	R\$ 19.600,00	Sim
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	10/07/2025 - 15:09:45	LASERDUO	MMO	2	R\$8.000,00	R\$ 16.000,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:43:44	MMO - modelo LASER DUO 3.0	MMO - modelo LASER DUO 3.0	2	R\$5.814,00	R\$ 11.628,00	Sim



AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:07:07	LASER DUO	MMO	2	R\$7.500,00	R\$ 15.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:23:57	LASERPULSE	IBRAMED	2	R\$3.500,00	R\$ 7.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:26:39	MMO/ LASER DUO + KIT FIBRAS+ 2 PONTAS C	MMO/ LASER DUO + KIT FIBRAS+ 2 PONTAS C	2	R\$4.833,33	R\$ 9.666,66	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:16	LASER DUO KIT FIBRA	MM OPTICS	2	R\$6.471,18	R\$ 12.942,36	Sim
D Berlatto & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	10/07/2025 - 19:00:04	HAND	LASER HAND	2	R\$7.000,00	R\$ 14.000,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:48:40	DUO	MMOptics	2	R\$6.000,00	R\$ 12.000,00	Sim
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	11/07/2025 - 07:23:49	LASER DUO	MMO	2	R\$5.705,00	R\$ 11.410,00	Sim

0015 - Micro motor odontológico - esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, Sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. Deve ser da mesma marca do contra ângulo que está nesse processo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	07/07/2025 - 15:55:13	MICROMOTOR	NEOLAB	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	09/07/2025 - 18:01:30	dentemed	dentemed	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	10/07/2025 - 08:43:59	KONDENTECH-(MICROMOTOR) KDT-1500	KONDENTECH-(MICROMOTOR) KDT-1500	25	R\$400,00	R\$ 10.000,00	Sim
K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.669.174/0001-59	10/07/2025 - 11:48:42	Próprio	Própria/Próprio	25	R\$950,00	R\$ 23.750,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:44:06	Dentflex Micromotor MI 01 Prime RE 10427	Dentflex Micromotor MI 01 Prime RE 10427	25	R\$916,00	R\$ 22.900,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:07:35	PRIME	DENTEMED	25	R\$750,00	R\$ 18.750,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:24:23	INTRA	DENTSCLER	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:27:12	NSK/FX205	NSK/FX205	25	R\$1.116,67	R\$ 27.916,75	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/07/2025 - 17:29:51	INTRA	DENTSCLER	25	R\$1.000,00	R\$ 25.000,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:15	MI01 PRIME RI	DENTFLEX	25	R\$800,63	R\$ 20.015,75	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:22	NSK/FX 205 B2	NSK/FX 205 B2	25	R\$1.500,00	R\$ 37.500,00	Sim
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	10/07/2025 - 19:18:43	CX235-3F	DENTEMED/FOSHAN COXO MEDICAL	25	R\$900,00	R\$ 22.500,00	Sim
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	11/07/2025 - 07:24:20	FX 205	NSK	25	R\$1.187,87	R\$ 29.696,75	Sim

0016 - Negatoscópio panorâmico ultra fino - Espessura 7mm; Sistema de iluminação por LED; Sistema de fixação das radiografias por imã; permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); Dimensão aproximada do produto 290 x 180 x 7 mm; Peso aproximado: 625 g; Bivolt (ajuste automático); com suporte de mesa e fonte de alimentação. Garantia 2 anos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:10:06	ULTRA SLIM LED PANORAMICO	BIOTRON	9	R\$1.400,00	R\$ 12.600,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:44:35	BIOTRON-1- Negato ULTRA PANO 13 P022/P1	BIOTRON-1- Negato ULTRA PANO 13 P022/P1	9	R\$600,00	R\$ 5.400,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:08:21	ULTRA SLIM TOMOGRAFICO	BIOTRON	9	R\$1.900,00	R\$ 17.100,00	Sim



JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:25:02	1 CORPO	PORTAL	9	R\$600,00	R\$ 5.400,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:27:35	BIOTRON/ PANORAMICO ULTRASLIM	BIOTRON/ PANORAMICO ULTRASLIM	9	R\$500,00	R\$ 4.500,00	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	10/07/2025 - 17:30:06	01C	LIFENOX	9	R\$1.500,00	R\$ 13.500,00	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:14	ULTRA SLIM LED PANO	BIOTRON	9	R\$614,79	R\$ 5.533,11	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:22	BIOTRON/ULTRA SLIM/LED PANO	BIOTRON/ULTRA SLIM/LED PANO	9	R\$800,00	R\$ 7.200,00	Sim
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	10/07/2025 - 20:51:27	Ultra slim	Biotron	9	R\$1.000,00	R\$ 9.000,00	Sim

0017 - Selador de embalagem cirúrgica - com estrutura construída em aço com largura de selagem mínima de 13 mm, Possibilita selagem de embalagens com largura de até 300mm. Deve possuir Controle eletrônico de temperatura até 300°C, potência mínima de 150W, Controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro, Alavanca de selagem. Deve acompanhar suporte e cortador de bobinas com faca em aço temperado rotativa com largura de no mínimo 350mm...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:10:39	SM 300 PLUS	SISPACK	15	R\$5.900,00	R\$ 88.500,00	Sim
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	10/07/2025 - 14:21:32	30 CM	CRISTOFOLI	15	R\$2.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	10/07/2025 - 15:09:23	30 CM	CRISTOFOLI	15	R\$1.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	10/07/2025 - 15:45:04	AGIR-PROTECT SEAL CONTROL PLUS BEEP KIT	AGIR-PROTECT SEAL CONTROL PLUS BEEP KIT	15	R\$1.286,00	R\$ 19.290,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:08:48	PROTECT SEAL CONTROL 31CM	AGIR	15	R\$1.100,00	R\$ 16.500,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:27:57	LOOK/SMC300	LOOK/SMC300	15	R\$3.166,67	R\$ 47.500,05	Sim
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	10/07/2025 - 17:37:15	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI	15	R\$1.331,31	R\$ 19.969,65	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:23	AGIR PROTECT SEAL/ CONTROL PLUS BEEP 31C	AGIR PROTECT SEAL/ CONTROL PLUS BEEP 31C	15	R\$1.550,00	R\$ 23.250,00	Sim
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	11/07/2025 - 07:27:32	Cristófoli SEL	Cristófoli SEL	15	R\$900,00	R\$ 13.500,00	Sim

0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	08/07/2025 - 17:14:29	JETLAX SONIC BP II LED	SCHUSTER	8	R\$9.500,00	R\$ 76.000,00	Sim
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	10/07/2025 - 14:47:43	SCALERJET	KONDENTECH	8	R\$4.000,00	R\$ 32.000,00	Sim
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	10/07/2025 - 16:09:11	ONE SONIC PUMP	DENTEMED	8	R\$3.500,00	R\$ 28.000,00	Sim
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	10/07/2025 - 16:25:45	SCALERJET	KONDENTECH	8	R\$8.000,00	R\$ 64.000,00	Sim
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	10/07/2025 - 16:28:23	DTE/ULTRASSOM S6 CART	DTE/ULTRASSOM S6 CART	8	R\$5.166,67	R\$ 41.333,36	Sim
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	11/07/2025 - 08:25:35	BIOSCALER	ORTUS	8	R\$5.000,00	R\$ 40.000,00	Sim
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	10/07/2025 - 17:40:23	DTE/S6 LED	DTE/S6 LED	8	R\$4.200,00	R\$ 33.600,00	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Olsen Indústria e Comércio S.A.	83.802.215/0001-53	60 dias
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	060 dias
Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	60 dias
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	60 dias
D Berlato & Cia LTDA - ME	12.630.233/0001-57	90 dias
Cassia Coutinho Lucas - Epp	14.487.450/0001-65	60 dias
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	90 dias
DENTAL BH BRASIL	31.401.798/0001-07	60 dias
PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	60 dias
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	60 dias
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	90 dias
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	60 dias
FAZ VENDAS LTDA	46.983.819/0001-17	90 dias
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	60 dias
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	60 dias
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	120 dias
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	52.919.905/0001-63	60 dias
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	90 dias
K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.669.174/0001-59	60 dias
LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	060 dias
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	120 dias
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	60 dias
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	60 dias
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	350 dias
PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	52.469.209/0001-00	60 dias
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	60 dias
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	60 dias
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	60 dias
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	22.716.553/0001-88	060 dias

Lances Enviados

0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-Ion de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/07/2025 - 09:27:36	3.000,00 (proposta)	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
08/07/2025 - 16:58:04	4.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 08:42:38	2.600,00 (proposta)	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
10/07/2025 - 14:34:55	2.000,00 (proposta)	39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 15:08:21	2.000,00 (proposta)	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Cancelado - Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria. 18/07/2025 07:57:22



10/07/2025 - 15:35:18	1.672,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Cancelado - Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria. 18/07/2025 07:57:52
10/07/2025 - 15:55:56	2.200,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:13:35	1.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria. 18/07/2025 07:55:41
10/07/2025 - 16:19:05	1.650,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:37:14	2.101,83 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:21	3.000,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 18:52:43	2.100,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 18:57:07	2.500,00 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
10/07/2025 - 20:00:01	3.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 07:25:30	1.800,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:48:27	2.999,99	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:48:30	1.649,55	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:48:44	1.900,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:48:51	1.383,75	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:49:09	1.790,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:49:40	1.649,50	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:49:43	1.649,10	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:27	1.580,04	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:51:30	1.579,78	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:33	1.557,06	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:51:35	1.556,68	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:38	1.478,68	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:51:40	1.090,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Cancelado - Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria. 18/07/2025 07:57:52
11/07/2025 - 08:51:43	1.478,24	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:44	1.450,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:51:51	1.420,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:55:44	2.400,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 08:56:15	1.380,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:57:16	1.370,00	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Cancelado - Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria. 18/07/2025 07:57:22
11/07/2025 - 09:03:03	1.649,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido



11/07/2025 - 09:05:43	999,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria. 18/07/2025 07:55:41
11/07/2025 - 09:06:38	1.050,00	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Cancelado - Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria. 18/07/2025 07:57:22

0002 - Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 16:58:42	23.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 13:33:48	16.000,00 (proposta)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 15:35:31	14.400,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
10/07/2025 - 16:00:07	15.500,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui estabilizador 03/10/2025 08:14:09
10/07/2025 - 16:13:55	30.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:19:49	9.166,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:22:26	15.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
10/07/2025 - 17:37:14	10.981,07 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:20	12.000,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 18:58:24	12.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 20:07:51	18.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 08:22:14	13.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:48:27	11.999,99	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:48:33	9.166,60	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:16	10.500,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:51:44	9.000,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 08:51:50	8.999,93	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:55	9.078,11	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:55:48	8.900,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui estabilizador 03/10/2025 08:14:09
11/07/2025 - 08:55:51	13.900,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 08:55:53	8.899,06	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Cancelado - 11/07/2025 09:12:01
11/07/2025 - 08:58:47	8.500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui estabilizador 03/10/2025 08:14:09
11/07/2025 - 08:58:51	8.499,70	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Cancelado - 11/07/2025 09:05:06



11/07/2025 - 08:59:58	8.501,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:01:31	8.400,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui estabilizador 03/10/2025 08:14:09
11/07/2025 - 09:01:45	8.401,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:02:03	8.300,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:02:21	8.301,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:02:45	9.500,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:02:57	8.200,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui estabilizador 03/10/2025 08:14:09
11/07/2025 - 09:03:03	9.020,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:03:14	8.201,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:03:57	8.150,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:04:02	8.965,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:04:18	8.100,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui estabilizador 03/10/2025 08:14:09
11/07/2025 - 09:04:23	8.910,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:12:35	7.800,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui estabilizador 03/10/2025 08:14:09
11/07/2025 - 09:12:41	8.060,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:13:20	7.857,14	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:13:51	8.000,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido

0003 - Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 17:00:13	23.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 15:40:13	14.400,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
10/07/2025 - 15:59:42	15.500,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital 03/10/2025 08:33:05
10/07/2025 - 16:16:06	30.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:21:45	9.166,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:23:34	15.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido



10/07/2025 - 17:37:14	10.981,07 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:23	12.000,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 18:57:56	17.000,00 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
10/07/2025 - 18:59:47	12.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 20:07:30	18.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 08:22:30	13.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:48:28	11.999,99	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:48:33	9.165,79	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:22	10.500,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:51:52	9.000,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 08:51:55	8.999,23	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:52:01	9.097,30	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:55:53	8.900,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital 03/10/2025 08:33:05
11/07/2025 - 08:55:56	8.899,35	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:05	13.900,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 08:58:53	8.500,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital 03/10/2025 08:33:05
11/07/2025 - 08:58:57	8.499,36	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:03	8.501,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:01:36	8.400,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital 03/10/2025 08:33:05
11/07/2025 - 09:01:51	8.401,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:02:07	8.300,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:02:27	8.301,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:02:53	9.500,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:03:02	8.200,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital 03/10/2025 08:33:05
11/07/2025 - 09:03:10	9.020,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:03:19	8.201,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:04:26	8.100,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital 03/10/2025 08:33:05
11/07/2025 - 09:04:30	8.910,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:05:20	8.060,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido



11/07/2025 - 09:05:33	8.000,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:06:02	7.857,14	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:07:48	7.800,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital 03/10/2025 08:33:05

0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpra a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts.

Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA-ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/07/2025 - 15:26:07	7.900,00 (proposta)	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
07/07/2025 - 15:52:16	7.000,00 (proposta)	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
08/07/2025 - 15:32:29	7.000,00 (proposta)	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 13:47h referente à envio de catálogo. 07/10/2025 08:27:58
08/07/2025 - 17:00:43	14.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 13:35:42	9.000,00 (proposta)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 14:21:31	8.000,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 14:35:29	8.500,00 (proposta)	39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 15:08:54	8.000,00 (proposta)	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
10/07/2025 - 16:00:43	9.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:17:26	13.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:29h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:04:07
10/07/2025 - 16:22:09	8.091,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:37:14	10.487,30 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:23	7.950,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 18:58:20	8.000,00 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
10/07/2025 - 19:00:51	5.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:34:47
10/07/2025 - 20:08:39	8.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 07:26:41	6.500,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI em função do produto cotado não apresentar garantia mínima de 02 anos, bem como não apresentar a empresa registrada no CREA ES responsável pela instalação e manutenção. 17/10/2025 17:40:07
11/07/2025 - 08:22:30	8.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 08:48:30	7.899,61	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido



11/07/2025 - 08:48:34	7.899,60	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:48:37	5.500,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:48:40	6.499,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:48:41	7.899,32	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:48:44	7.899,31	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:48:47	7.899,01	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:48:49	7.899,00	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:48:54	7.898,87	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:48:55	7.898,86	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:48:56	7.898,09	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:48:58	7.898,08	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:00	7.897,16	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:01	7.897,15	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:01	4.950,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI em função do produto cotado não apresentar garantia mínima de 02 anos, bem como não apresentar a empresa registrada no CREA ES responsável pela instalação e manutenção. 17/10/2025 17:40:07
11/07/2025 - 08:49:05	5.445,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:49:05	5.499,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:49:06	7.896,45	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:07	5.444,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:49:08	7.896,44	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:11	7.895,71	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:14	7.895,70	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:17	7.895,46	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:19	7.895,45	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:20	7.894,94	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:23	7.894,93	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:26	7.893,93	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:28	7.893,92	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:29	7.893,39	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:31	7.893,38	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:32	7.892,87	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:33	7.892,86	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:34	7.891,96	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:36	7.891,95	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido



11/07/2025 - 08:49:37	7.891,51	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:39	7.891,50	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:40	7.890,79	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:42	7.890,78	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:43	7.889,81	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:45	7.889,80	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:48	7.889,73	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:52	7.889,72	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:53	7.889,44	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:56	7.889,43	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:49:59	7.889,39	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:03	7.889,38	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:06	7.888,84	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:09	7.888,83	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:11	7.888,44	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:15	7.888,43	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:16	7.887,54	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:18	7.887,53	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:19	7.886,64	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:20	7.886,63	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:21	7.885,97	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:23	7.885,96	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:24	7.885,67	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:26	7.885,66	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:27	7.884,99	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:29	7.884,98	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:32	7.884,59	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:35	7.884,58	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:38	7.884,43	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:40	7.884,42	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:43	7.884,36	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:45	7.884,35	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:47	4.800,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:34:47
11/07/2025 - 08:50:50	4.999,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:50:51	5.280,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



11/07/2025 - 08:50:52	7.883,63	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:54	7.883,62	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:50:55	7.883,30	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:57	7.883,29	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:01	7.883,16	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:02	7.883,15	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:03	7.882,50	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:05	7.882,49	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:10	7.882,47	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:13	7.882,46	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:16	7.882,17	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:17	7.882,16	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:19	7.881,69	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:20	7.881,68	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:21	7.881,15	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:23	7.881,14	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:24	7.881,06	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:27	7.881,05	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:27	6.990,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:51:31	7.880,07	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:33	7.880,06	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:35	7.879,47	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:36	7.879,46	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:38	7.879,33	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:41	7.879,32	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:42	4.650,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI em função do produto cotado não apresentar garantia mínima de 02 anos, bem como não apresentar a empresa registrada no CREA ES responsável pela instalação e manutenção. 17/10/2025 17:40:07
11/07/2025 - 08:51:45	4.949,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:51:47	5.115,00	40.618.304/0001-31 - FOCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:52:29	4.610,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:34:47
11/07/2025 - 08:52:33	5.071,00	40.618.304/0001-31 - FOCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:52:33	4.799,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:53:15	4.500,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI em função do produto cotado não apresentar garantia mínima de 02 anos, bem como não apresentar a empresa registrada no CREA ES responsável pela instalação e manutenção. 17/10/2025 17:40:07



11/07/2025 - 08:53:19	4.949,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:53:20	4.649,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:53:29	4.400,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:34:47
11/07/2025 - 08:53:33	4.891,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:53:33	4.609,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:54:27	4.322,50	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI em função do produto cotado não apresentar garantia mínima de 02 anos, bem como não apresentar a empresa registrada no CREA ES responsável pela instalação e manutenção. 17/10/2025 17:40:07
11/07/2025 - 08:54:33	4.499,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:54:34	4.310,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:34:47
11/07/2025 - 08:54:38	4.399,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:56:04	6.900,00	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
11/07/2025 - 08:56:21	8.800,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 08:56:51	6.800,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:57:26	6.750,00	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
11/07/2025 - 08:59:35	4.310,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:29h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:04:07
11/07/2025 - 08:59:36	4.322,49	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:59:39	4.322,48	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:59:43	4.322,47	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:59:47	4.322,46	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:59:49	4.322,45	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 08:59:52	4.322,44	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:00:02	4.322,43	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:00:14	4.322,42	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:00:18	6.700,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:00:21	4.322,41	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38



11/07/2025 - 09:01:57	4.322,19	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:00	4.322,18	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:03	4.322,17	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:07	4.322,16	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:11	4.322,15	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:12	6.000,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:02:15	4.322,14	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:35	4.322,13	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:38	4.322,12	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:41	4.322,11	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:44	4.322,10	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:48	4.322,09	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:52	4.322,08	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:02:56	4.322,07	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:00	4.322,06	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:03	4.322,05	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:09	4.322,04	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:13	4.322,03	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:17	5.900,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:03:17	4.322,02	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:20	4.322,01	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:24	4.322,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38



11/07/2025 - 09:03:29	4.321,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:31	5.000,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:03:33	4.321,98	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:36	4.321,97	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:37	4.741,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 13:47h referente à envio de catálogo. 07/10/2025 08:27:58
11/07/2025 - 09:03:40	4.321,96	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:43	4.321,95	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:47	4.321,94	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:50	4.321,93	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:54	4.321,92	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:03:55	4.725,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:03:57	4.321,91	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:04	4.321,90	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:07	4.321,89	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:12	4.321,88	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:14	4.321,87	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:18	4.321,86	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:22	4.321,85	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:25	4.321,84	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:45	4.321,83	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:50	4.321,82	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:04:53	4.321,81	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38



11/07/2025 - 09:04:56	4.321,80	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:00	4.321,79	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:03	4.321,78	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:08	4.311,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:16	4.310,99	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:23	4.310,98	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:29	4.310,97	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:36	4.310,96	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:49	4.310,95	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:52	4.310,94	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:05:57	4.310,93	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:06:02	4.310,92	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:06:05	4.310,91	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:06:45	3.100,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:34:47
11/07/2025 - 09:06:50	3.575,00	54.322.844/0001-88 - ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas. 03/10/2025 13:45:38
11/07/2025 - 09:10:16	3.650,00	19.639.940/0003-15 - TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 13:47h referente à envio de catálogo. 07/10/2025 08:27:58

0005 - Bomba a vácuo portátil – Para sucção de fluidos e resíduos provenientes de tratamentos odontológicos. Acionamento Eletrônico por pedal ou automático. Motor mínimo de 1/5cv, alimentação bivolt, Capacidade de armazenamento mínimo de 6 litros. Vazão mínima de 35l/min.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/07/2025 - 16:17:49	3.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:35:24
10/07/2025 - 16:22:36	6.666,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:40:21	4.500,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 18:59:22	7.000,00 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido
10/07/2025 - 20:12:09	4.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 07:21:52	5.925,61 (proposta)	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido



11/07/2025 - 08:51:27	5.909,59	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:03:37	4.499,99	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:03:43	4.499,98	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:03:47	4.499,97	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:03:51	4.499,96	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:03:55	4.499,95	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:04:02	4.499,94	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:09	4.499,93	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:04:15	4.499,92	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:20	4.499,91	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:04:26	4.499,90	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:32	4.499,89	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:04:37	4.499,88	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:41	4.499,87	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:04:48	4.499,86	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:55	4.499,85	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:05:00	4.499,84	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:06	4.499,83	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:05:10	4.499,82	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:15	4.499,81	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:05:21	4.499,80	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:06:30	3.975,00	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:06:30	4.317,57	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido

0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/07/2025 - 15:52:54	1.000,00 (proposta)	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa F5 DISTRIBUIDORA LTDA em função do não atendimento ao edital, haja vista que o item cotado não apresenta rolamento cerâmico. 13/10/2025 09:14:04
09/07/2025 - 17:52:31	1.000,00 (proposta)	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
10/07/2025 - 08:43:01	420,00 (proposta)	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui potência mínima de 16W e não possui rolamento cerâmico. 03/10/2025 09:05:08
10/07/2025 - 11:46:37	1.000,00 (proposta)	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto. 03/10/2025 14:38:53
10/07/2025 - 15:40:52	820,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
10/07/2025 - 16:01:29	750,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência. 17/10/2025 17:42:49
10/07/2025 - 16:18:29	1.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido



10/07/2025 - 16:23:06	975,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:28:22	1.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:39h referente à envio de catálogo. 07/10/2025 08:54:51
10/07/2025 - 17:37:15	760,08 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:21	1.500,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 19:02:07	600,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:35:41
10/07/2025 - 20:34:03	900,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 07:22:14	1.189,98 (proposta)	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:48:41	599,60	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:27	590,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 08:49:32	589,71	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:51	400,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:35:41
11/07/2025 - 08:51:23	589,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 08:51:27	588,09	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:27	850,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:51:59	535,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 08:52:00	534,58	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:52:05	300,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui potência mínima de 16W e não possui rolamento cerâmico. 03/10/2025 09:05:08
11/07/2025 - 08:52:35	290,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:35:41
11/07/2025 - 08:53:33	533,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 08:53:36	532,55	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:02	467,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 08:57:09	460,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência. 17/10/2025 17:42:49
11/07/2025 - 08:57:49	250,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui potência mínima de 16W e não possui rolamento cerâmico. 03/10/2025 09:05:08
11/07/2025 - 08:58:12	210,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:35:41
11/07/2025 - 08:58:59	459,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 09:00:29	450,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:39h referente à envio de catálogo. 07/10/2025 08:54:51
11/07/2025 - 09:01:56	449,00	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto. 03/10/2025 14:38:53
11/07/2025 - 09:02:45	390,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:39h referente à envio de catálogo. 07/10/2025 08:54:51
11/07/2025 - 09:02:50	209,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui potência mínima de 16W e não possui rolamento cerâmico. 03/10/2025 09:05:08



11/07/2025 - 09:02:59	389,00	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto. 03/10/2025 14:38:53
11/07/2025 - 09:03:00	200,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:35:41
11/07/2025 - 09:03:17	300,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 09:03:40	299,00	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto. 03/10/2025 14:38:53
11/07/2025 - 09:03:59	420,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa F5 DISTRIBUIDORA LTDA em função do não atendimento ao edital, haja vista que o item cotado não apresenta rolamento cerâmico. 13/10/2025 09:14:04
11/07/2025 - 09:04:24	290,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 09:04:42	289,99	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto. 03/10/2025 14:38:53
11/07/2025 - 09:05:23	289,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 09:05:44	288,99	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto. 03/10/2025 14:38:53
11/07/2025 - 09:06:27	288,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 09:06:43	287,99	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto. 03/10/2025 14:38:53
11/07/2025 - 09:08:23	280,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 09:08:51	279,99	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto. 03/10/2025 14:38:53
11/07/2025 - 09:09:21	270,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26
11/07/2025 - 09:10:06	269,99	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto. 03/10/2025 14:38:53
11/07/2025 - 09:11:13	180,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:35:41
11/07/2025 - 09:11:32	189,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button 08/09/2025 08:31:26

0007 - Contra ângulo odontológico - com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 30.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. Garantia de 12 meses.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/07/2025 - 15:53:15	1.000,00 (proposta)	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa F5 DISTRIBUIDORA LTDA Distribuidora em função do produto cotado não possuir sistema push button conforme exige o edital. 17/10/2025 17:46:42
09/07/2025 - 17:53:52	1.000,00 (proposta)	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
10/07/2025 - 08:43:14	400,00 (proposta)	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa PIETRA por não atener as exigências do edital no que diz sistema push button 08/09/2025 08:37:37
10/07/2025 - 11:47:46	975,00 (proposta)	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Caneta de Contra-ângulo: desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à rotação mínima exigida. O edital exige um equipamento com rotação de 30.000 RPM, enquanto o produto cotado possui rotação de 22.000 RPM. Marca Khalkos. 07/10/2025 08:15:01
10/07/2025 - 14:36:08	2.500,00 (proposta)	39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 15:41:25	718,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido



10/07/2025 - 16:01:54	1.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:18:55	1.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:23:30	591,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:28:40	1.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
10/07/2025 - 17:37:15	648,60 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:21	1.250,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 19:02:59	900,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui o sistema push botton 03/10/2025 09:16:44
11/07/2025 - 07:22:34	625,33 (proposta)	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:48:42	591,37	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:49:41	580,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 08:49:45	579,18	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:50:59	380,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui o sistema push botton 03/10/2025 09:16:44
11/07/2025 - 08:51:28	529,85	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:51:30	528,99	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:33	520,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:51:35	519,07	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:51:46	529,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 08:52:07	470,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 08:52:08	469,73	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:52:10	350,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa PIETRA por não atener as exigências do edital no que diz sistema push botton 08/09/2025 08:37:37
11/07/2025 - 08:52:43	310,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui o sistema push botton 03/10/2025 09:16:44
11/07/2025 - 08:53:54	469,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 08:53:57	468,62	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:20	467,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 08:55:24	466,90	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:10	466,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 08:56:14	465,52	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:48	620,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:57:53	280,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa PIETRA por não atener as exigências do edital no que diz sistema push botton 08/09/2025 08:37:37
11/07/2025 - 08:58:20	250,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui o sistema push botton 03/10/2025 09:16:44



11/07/2025 - 08:59:18	460,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 08:59:20	459,17	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:13	210,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa PIETRA por não atener as exigências do edital no que diz sistema push botton 08/09/2025 08:37:37
11/07/2025 - 09:00:30	450,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 09:00:34	449,78	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:40	220,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui o sistema push botton 03/10/2025 09:16:44
11/07/2025 - 09:00:43	500,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Válido
11/07/2025 - 09:02:09	440,00	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Caneta de Contra-ângulo: desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à rotação mínima exigida. O edital exige um equipamento com rotação de 30.000 RPM, enquanto o produto cotado possui rotação de 22.000 RPM. Marca Khalkos. 07/10/2025 08:15:01
11/07/2025 - 09:02:49	400,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 09:03:10	399,00	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Caneta de Contra-ângulo: desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à rotação mínima exigida. O edital exige um equipamento com rotação de 30.000 RPM, enquanto o produto cotado possui rotação de 22.000 RPM. Marca Khalkos. 07/10/2025 08:15:01
11/07/2025 - 09:04:03	410,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa F5 DISTRIBUIDORA LTDA Distribuidora em função do produto cotado não possuir sistema push botton conforme exige o edital. 17/10/2025 17:46:42
11/07/2025 - 09:04:42	390,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 09:05:04	389,99	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Caneta de Contra-ângulo: desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à rotação mínima exigida. O edital exige um equipamento com rotação de 30.000 RPM, enquanto o produto cotado possui rotação de 22.000 RPM. Marca Khalkos. 07/10/2025 08:15:01
11/07/2025 - 09:06:51	389,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:37:57
11/07/2025 - 09:07:20	388,99	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Caneta de Contra-ângulo: desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à rotação mínima exigida. O edital exige um equipamento com rotação de 30.000 RPM, enquanto o produto cotado possui rotação de 22.000 RPM. Marca Khalkos. 07/10/2025 08:15:01
11/07/2025 - 09:09:23	218,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui o sistema push botton 03/10/2025 09:16:44
11/07/2025 - 09:09:47	338,99	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Caneta de Contra-ângulo: desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à rotação mínima exigida. O edital exige um equipamento com rotação de 30.000 RPM, enquanto o produto cotado possui rotação de 22.000 RPM. Marca Khalkos. 07/10/2025 08:15:01

0008 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 17:04:17	12.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 13:36:39	8.000,00 (proposta)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 15:42:05	8.008,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido



10/07/2025 - 16:03:10	4.200,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:23
10/07/2025 - 16:20:16	3.500,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:36:56
10/07/2025 - 16:24:01	12.916,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 16:43:22	10.408,44 (proposta)	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:04:42
10/07/2025 - 17:28:56	5.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:07h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:55:08
10/07/2025 - 17:40:23	7.000,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 19:04:20	6.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 20:38:12	8.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:20	3.900,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:51:27	12.821,36	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:52:16	5.410,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 08:56:41	6.900,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 08:56:43	6.899,99	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:35	3.400,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:23
11/07/2025 - 08:59:20	3.400,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:36:56
11/07/2025 - 09:00:56	3.401,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:07h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:55:08
11/07/2025 - 09:01:43	3.300,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:23
11/07/2025 - 09:03:25	3.300,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:36:56
11/07/2025 - 09:03:49	5.999,99	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:03:54	3.299,99	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:04:42
11/07/2025 - 09:04:04	3.200,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:23
11/07/2025 - 09:04:12	3.199,99	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:04:42
11/07/2025 - 09:04:27	3.200,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:07h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:55:08
11/07/2025 - 09:04:46	3.190,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:23
11/07/2025 - 09:04:51	3.189,99	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:04:42
11/07/2025 - 09:05:28	3.189,99	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:36:56



11/07/2025 - 09:05:36	3.189,98	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:04:42
11/07/2025 - 09:13:55	2.200,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:36:56
11/07/2025 - 09:13:56	2.600,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:23
11/07/2025 - 09:14:21	2.900,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:07h referente à envio de catálogo 13/10/2025 09:55:08
11/07/2025 - 09:14:55	2.820,83	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:04:42

0009 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 17:04:52	12.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 13:37:22	8.000,00 (proposta)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 15:42:46	8.008,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
10/07/2025 - 16:04:26	4.200,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:51
10/07/2025 - 16:20:57	3.500,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:37:25
10/07/2025 - 16:24:27	12.916,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 16:43:43	10.408,44 (proposta)	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:31:03
10/07/2025 - 17:29:12	5.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES em função do não atendimento à diligência. 04/11/2025 07:32:19
10/07/2025 - 17:40:21	7.000,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 19:04:14	6.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 20:39:05	8.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 08:51:26	3.900,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:51:30	12.845,26	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:52:23	5.410,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 08:56:52	6.900,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 08:56:54	6.899,99	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:41	3.400,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:51
11/07/2025 - 08:59:24	3.400,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:37:25



11/07/2025 - 09:01:04	3.401,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES em função do não atendimento à diligência. 04/11/2025 07:32:19
11/07/2025 - 09:01:49	3.300,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:51
11/07/2025 - 09:03:31	3.300,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:37:25
11/07/2025 - 09:03:49	5.999,99	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:03:53	3.299,99	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:31:03
11/07/2025 - 09:04:09	3.200,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:51
11/07/2025 - 09:04:13	3.199,99	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:31:03
11/07/2025 - 09:04:35	3.200,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES em função do não atendimento à diligência. 04/11/2025 07:32:19
11/07/2025 - 09:04:51	3.190,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:51
11/07/2025 - 09:05:01	3.189,99	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:31:03
11/07/2025 - 09:05:33	3.189,99	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:37:25
11/07/2025 - 09:05:36	3.189,98	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:31:03
11/07/2025 - 09:09:12	2.900,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES em função do não atendimento à diligência. 04/11/2025 07:32:19
11/07/2025 - 09:09:55	2.600,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 09:21:51
11/07/2025 - 09:09:59	2.820,83	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba 03/10/2025 14:31:03
11/07/2025 - 09:11:27	2.200,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:37:25

0010 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 17:06:20	59.000,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
09/07/2025 - 17:58:43	25.000,00 (proposta)	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:57:48
10/07/2025 - 11:01:32	29.980,00 (proposta)	83.802.215/0001-53 - Olsen Indústria e Comércio S.A.	Válido
10/07/2025 - 14:37:24	35.000,00 (proposta)	39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:05:05	35.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência aberta dia 29/10 às 12:00h. 04/11/2025 07:37:39



10/07/2025 - 16:21:23	45.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:24:55	25.000,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:37:14	39.499,25 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:21	28.000,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 19:24:23	25.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:02
10/07/2025 - 20:44:27	38.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 08:22:58	40.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A pedido do licitante 24/10/2025 09:05:01
11/07/2025 - 08:54:42	27.999,32	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:54:45	27.999,31	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:54:48	27.998,73	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:54:51	27.998,72	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:54:54	27.997,81	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:00	27.997,80	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:05	27.997,44	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:09	27.997,43	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:13	27.996,63	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:18	27.996,62	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:21	27.995,76	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:24	27.995,75	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:27	27.995,59	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:31	27.995,58	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:37	27.994,95	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:43	27.994,94	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:49	27.994,35	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:52	27.994,34	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:56	27.994,10	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:59	27.994,09	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:03	27.993,61	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:06	27.993,60	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:10	27.992,93	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:13	27.993,59	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:13	23.740,00	83.802.215/0001-53 - Olsen Indústria e Comércio S.A.	Válido
11/07/2025 - 08:56:16	27.992,92	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:19	27.992,04	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:23	27.992,03	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:26	27.991,10	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido



11/07/2025 - 08:56:30	22.000,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:02
11/07/2025 - 08:56:33	24.200,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:56:36	27.991,09	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:39	27.990,79	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:43	27.990,78	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:46	27.990,68	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:50	27.990,67	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:53	27.990,60	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:58	27.990,59	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:01	37.000,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 08:57:02	27.990,47	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:04	27.990,46	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:06	27.990,15	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:08	27.990,14	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:09	27.989,30	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:12	27.989,29	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:17	27.988,51	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:22	27.988,50	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:23	27.988,14	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:25	27.988,13	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:26	27.988,08	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:28	27.988,07	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:33	27.987,57	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:35	27.987,56	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:36	27.986,69	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:39	27.986,68	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:43	27.986,33	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:46	27.986,32	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:49	27.985,74	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:52	27.985,73	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:56	27.985,22	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:59	27.985,21	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:59	24.190,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:57:48
11/07/2025 - 08:58:03	27.984,96	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido



11/07/2025 - 08:58:06	27.984,95	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:07	27.984,81	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:11	27.984,80	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:14	27.983,98	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:17	27.983,97	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:20	27.983,24	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:24	27.983,23	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:27	27.982,83	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:31	27.982,82	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:34	27.982,65	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:40	27.982,64	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:45	27.981,69	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:47	27.981,68	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:50	27.981,39	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:54	27.981,38	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:57	27.980,78	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:01	27.980,77	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:04	21.900,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência aberta dia 29/10 às 12:00h. 04/11/2025 07:37:39
11/07/2025 - 08:59:10	27.980,53	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:10	24.090,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:59:15	27.980,52	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:17	21.500,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:02
11/07/2025 - 08:59:20	27.980,13	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:21	23.650,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:59:23	27.980,12	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:28	27.980,08	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:31	27.980,07	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:35	27.979,81	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:38	27.979,80	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:42	27.979,78	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:45	27.979,77	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:48	27.979,11	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:52	27.979,10	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:56	27.978,59	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:59	27.978,58	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido



11/07/2025 - 09:00:01	27.977,91	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:04	27.977,90	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:05	27.977,80	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:07	27.977,79	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:09	27.977,40	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:14	27.977,39	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:23	27.977,30	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:27	27.977,29	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:30	27.976,49	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:36	27.976,48	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:39	27.975,70	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:42	27.975,69	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:46	27.975,41	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:51	23.600,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:57:48
11/07/2025 - 09:00:52	27.975,40	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:01	27.975,31	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:05	27.975,30	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:12	27.974,38	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:16	27.974,37	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:18	27.973,59	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:22	27.973,58	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:28	27.973,53	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:33	27.973,52	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:36	27.973,29	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:40	27.973,28	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:44	27.972,86	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:47	27.972,85	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:50	27.971,94	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:54	27.971,93	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:57	27.970,93	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:01	27.970,92	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:06	27.970,10	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:10	27.970,09	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:11	21.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência aberta dia 29/10 às 12:00h. 04/11/2025 07:37:39



11/07/2025 - 09:02:14	27.969,26	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:15	23.100,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:02:18	27.969,25	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:21	27.968,75	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:26	27.968,74	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:29	27.968,34	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:33	27.968,33	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:34	20.000,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:02
11/07/2025 - 09:02:39	21.999,99	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:03:45	20.001,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A pedido do licitante 24/10/2025 09:05:01
11/07/2025 - 09:07:13	21.000,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:57:48
11/07/2025 - 09:08:41	19.000,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:02
11/07/2025 - 09:08:45	21.450,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:14:07	17.500,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:02
11/07/2025 - 09:14:34	20.000,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:57:48
11/07/2025 - 09:15:47	19.900,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A pedido do licitante 24/10/2025 09:05:01
11/07/2025 - 09:17:16	15.200,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:02
11/07/2025 - 09:17:18	16.000,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:57:48
17/10/2025 - 17:58:18	18.950,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A pedido do licitante 24/10/2025 09:05:01

0011 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 13:16:51	5.500,00 (proposta)	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:22
08/07/2025 - 17:07:18	59.000,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11



09/07/2025 - 17:59:30	25.000,00 (proposta)	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:58:18
10/07/2025 - 16:05:50	35.000,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência. 04/11/2025 07:42:25
10/07/2025 - 16:22:38	45.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:25:16	25.000,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:37:15	39.499,25 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:21	28.000,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 19:23:58	25.000,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. 03/10/2025 13:34:30
10/07/2025 - 20:45:41	38.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 08:23:17	40.000,00 (proposta)	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A pedido do licitante 24/10/2025 09:04:46
11/07/2025 - 08:55:08	27.999,97	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:11	24.982,77	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:55:16	27.999,96	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:21	27.999,90	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:24	27.999,89	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:27	27.999,41	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:31	27.999,40	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:33	27.999,29	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:39	27.999,28	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:42	27.998,98	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:46	27.998,97	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:49	27.998,93	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:52	27.998,92	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:56	27.998,88	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:00	27.998,87	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:03	27.998,45	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:06	27.998,44	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:10	27.997,50	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:16	27.997,49	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:20	27.996,88	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:24	27.996,87	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:29	27.996,59	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido



11/07/2025 - 08:56:31	27.996,58	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:32	27.995,59	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:36	27.995,58	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:39	27.995,53	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:44	27.995,52	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:46	22.000,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. 03/10/2025 13:34:30
11/07/2025 - 08:56:49	27.994,97	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:51	27.994,96	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:56:53	27.994,04	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:58	27.994,03	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:02	27.993,45	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:05	27.993,44	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:06	27.992,57	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:08	27.992,56	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:10	27.992,17	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:12	27.992,16	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:17	27.991,47	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:17	37.000,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 08:57:22	27.991,46	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:23	27.990,83	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:25	27.990,82	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:29	27.990,22	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:31	27.990,21	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:36	27.989,71	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:39	27.989,70	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:43	27.989,48	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:46	27.989,47	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:49	27.989,18	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:53	27.989,17	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:57	27.988,28	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:00	27.988,27	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:03	27.987,31	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:06	27.987,30	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:10	27.987,24	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:14	27.987,23	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido



11/07/2025 - 08:58:17	27.986,56	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:20	27.986,55	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:23	27.985,70	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:28	27.985,69	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:31	27.984,90	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:36	27.984,89	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:39	27.984,80	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:43	27.984,79	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:47	27.984,14	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:50	27.984,13	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:58:54	27.983,30	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:58	27.983,29	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:02	27.982,78	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:04	27.982,77	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:06	27.982,40	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:08	27.982,39	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:10	27.982,26	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:16	27.982,25	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:20	27.981,84	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:21	21.500,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. 03/10/2025 13:34:30
11/07/2025 - 08:59:24	21.920,47	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:59:25	21.900,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência. 04/11/2025 07:42:25
11/07/2025 - 08:59:27	21.870,38	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:59:27	27.981,83	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:32	27.981,24	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:34	27.981,23	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:39	27.980,66	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:41	27.980,65	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:46	27.980,15	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:49	27.980,14	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:52	27.979,45	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:59:56	27.979,44	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:59:59	27.979,24	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:04	27.979,23	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido



11/07/2025 - 09:00:05	27.978,54	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:07	27.978,53	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:09	27.977,83	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:14	27.977,82	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:23	27.977,55	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:27	27.977,54	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:30	27.977,06	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:36	27.977,05	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:39	27.976,87	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:42	27.976,86	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:00:47	27.976,31	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:00:53	27.976,30	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:01	27.975,34	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:05	27.975,33	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:12	27.974,51	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:16	27.974,50	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:19	27.973,67	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:22	27.973,66	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:28	27.973,61	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:33	27.973,60	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:36	27.972,78	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:40	27.972,77	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:44	27.972,66	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:47	27.972,65	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:51	27.971,69	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:01:54	27.971,68	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:01:57	27.971,07	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:01	27.971,06	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:06	27.970,42	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:11	27.970,41	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:14	27.970,16	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:15	21.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência. 04/11/2025 07:42:25
11/07/2025 - 09:02:18	27.970,15	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:20	21.479,93	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:02:22	27.969,73	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:26	27.969,72	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido



11/07/2025 - 09:02:29	27.968,80	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:33	27.968,79	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:36	27.968,77	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:38	27.968,76	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:38	20.000,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. 03/10/2025 13:34:30
11/07/2025 - 09:02:45	27.968,71	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:49	27.968,70	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:02:59	27.968,67	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:03:04	27.968,66	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:03:12	27.967,85	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:03:18	27.967,84	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:03:21	27.967,58	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:03:22	27.967,57	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:03:25	27.967,55	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:03:32	27.967,54	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:03:35	27.967,22	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:03:37	27.967,21	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:03:44	27.966,63	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:03:51	27.966,62	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:03:53	27.966,07	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:03:53	20.001,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A pedido do licitante 24/10/2025 09:04:46
11/07/2025 - 09:03:57	27.966,06	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:00	27.965,33	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:04:06	27.965,32	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:09	27.964,78	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:04:15	27.964,77	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:18	27.964,48	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:04:22	27.964,47	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:28	27.963,88	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:04:31	27.963,87	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:36	27.963,77	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:04:40	27.963,76	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:43	27.962,88	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:04:52	27.962,87	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:04:55	27.962,80	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido



11/07/2025 - 09:05:00	27.962,79	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:02	27.962,32	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:05:04	27.962,31	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:07	27.961,83	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:05:10	27.961,82	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:12	27.961,04	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:05:15	27.961,03	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:19	27.960,67	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:05:25	27.960,66	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:27	27.960,62	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:05:32	27.960,61	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:34	27.960,01	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:05:41	27.960,00	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:46	27.959,45	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:05:50	27.959,44	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:05:53	27.959,06	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:05:56	21.500,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:58:18
11/07/2025 - 09:05:59	27.959,05	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 09:07:44	20.000,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:58:18
11/07/2025 - 09:08:33	19.000,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. 03/10/2025 13:34:30
11/07/2025 - 09:10:11	18.950,00	34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A pedido do licitante 24/10/2025 09:04:46
11/07/2025 - 09:12:11	19.000,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:58:18
11/07/2025 - 09:14:02	17.500,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. 03/10/2025 13:34:30
11/07/2025 - 09:14:58	18.000,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:58:18



11/07/2025 - 09:18:06	16.000,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Cancelado - Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos 17/10/2025 17:58:18
11/07/2025 - 09:18:34	4.338,50	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:22
11/07/2025 - 09:18:41	15.200,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. 03/10/2025 13:34:30
04/11/2025 - 07:42:25	21.450,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido

0012 - Destilador de água portátil – Sem necessidade de instalação hidráulica. Capacidade do reservatório comum de 04 litros. Capacidade do reservatório de água destilada de 3,8 litros. Duração do ciclo de 6 a 8 horas. Voltagem de 127 ou 220 volts. Peso 4 kilos. Garantia de 01 ano.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/07/2025 - 15:54:37	1.500,00 (proposta)	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
08/07/2025 - 17:08:07	3.000,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
09/07/2025 - 21:48:10	2.000,00 (proposta)	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
10/07/2025 - 08:43:40	860,00 (proposta)	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
10/07/2025 - 13:38:18	1.800,00 (proposta)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 14:21:32	2.000,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 14:39:34	1.500,00 (proposta)	39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
10/07/2025 - 15:43:18	1.316,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
10/07/2025 - 16:06:24	1.800,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:23:01	1.500,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:25:37	1.000,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:37:15	1.295,21 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:22	1.900,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 19:17:27	900,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 20:46:27	1.200,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 07:23:22	1.279,90 (proposta)	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:55:28	1.020,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:55:31	1.799,99	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:33	946,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:55:37	999,08	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:38	1.499,99	46.983.819/0001-17 - FAZ VENDAS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:57:04	700,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



11/07/2025 - 08:57:08	880,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:57:26	1.050,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 08:58:02	500,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:58:36	600,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:02:22	890,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:04:12	850,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:10:35	1.199,99	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:11:06	1.000,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:14:36	595,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Válido

0013 - FISIOMOCHO - com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metálicas em cromo duro...

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/07/2025 - 16:23:34	1.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:25:58	2.250,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 19:18:00	900,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 20:47:44	2.300,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 09:11:35	850,00	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:12:04	1.928,57	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:12:28	750,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0014 - Lazer de baixa potência, Tipo: Portátil, sem fio -Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicação: Uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potência (Watts): 100 no mínimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no mínimo 600 mA; Autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso...

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/07/2025 - 09:29:06	6.000,00 (proposta)	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
08/07/2025 - 13:16:52	950,00 (proposta)	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:48
08/07/2025 - 17:09:02	9.800,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 15:09:45	8.000,00 (proposta)	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
10/07/2025 - 15:43:44	5.814,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
10/07/2025 - 16:07:07	7.500,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:23:57	3.500,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do não atendimento da diligência. 22/08/2025 15:02:46
10/07/2025 - 16:26:39	4.833,33 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:37:16	6.471,18 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 19:00:04	7.000,00 (proposta)	12.630.233/0001-57 - D Berlato & Cia LTDA - ME	Válido



10/07/2025 - 20:48:40	6.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 07:23:49	5.705,00 (proposta)	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:55:30	4.833,11	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:35	4.758,08	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:55:42	4.757,55	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:47	4.695,99	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:55:53	4.695,67	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:59	4.677,50	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:56:03	4.676,99	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:09	4.617,72	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:56:14	4.617,32	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:19	4.562,19	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:56:23	4.561,47	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:26	4.542,41	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:56:29	4.542,39	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:33	4.531,22	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:56:36	4.530,22	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:56:40	4.456,31	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:56:59	4.455,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:57:04	4.444,60	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:57:38	4.800,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 09:02:29	3.780,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:03:33	4.440,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:03:35	4.432,54	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:03:49	4.430,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:03:56	4.384,74	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:04:06	4.300,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:04:10	4.257,34	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:04:48	4.250,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:04:52	4.198,14	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:06:25	4.198,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:06:27	4.190,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido



11/07/2025 - 09:06:39	4.189,00	52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:10:38	4.188,99	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:11:23	4.100,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:11:28	4.099,99	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 09:13:13	759,80	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Cancelado - Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo. 22/07/2025 15:38:48
11/07/2025 - 09:13:16	3.794,83	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido

0015 - Micro motor odontológico - esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, Sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. Deve ser da mesma marca do contra ângulo que está nesse processo.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/07/2025 - 15:55:13	1.000,00 (proposta)	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:38:12
09/07/2025 - 18:01:30	1.000,00 (proposta)	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Válido
10/07/2025 - 08:43:59	400,00 (proposta)	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa Pietra Odonto em função da marca apresentada não ser compatível com o contra ângulo. 08/09/2025 08:56:23
10/07/2025 - 11:48:42	950,00 (proposta)	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:37:14
10/07/2025 - 15:44:06	916,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
10/07/2025 - 16:07:35	750,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:37:57
10/07/2025 - 16:24:23	1.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:27:12	1.116,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:29:51	1.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:38:27
10/07/2025 - 17:37:15	800,63 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:22	1.500,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 19:18:43	900,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não apresentar compatibilidade com o micromotor arrematado 03/10/2025 09:37:53
11/07/2025 - 07:24:20	1.187,87 (proposta)	22.716.553/0001-88 - FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:55:34	749,62	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:37	990,00	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:56:39	740,00	18.953.570/0001-61 - LG TECNOLOGIA LTDA ME	Válido
11/07/2025 - 08:56:42	739,75	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:57:09	350,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não apresentar compatibilidade com o micromotor arrematado 03/10/2025 09:37:53
11/07/2025 - 08:58:08	300,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa Pietra Odonto em função da marca apresentada não ser compatível com o contra ângulo. 08/09/2025 08:56:23
11/07/2025 - 08:58:46	290,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não apresentar compatibilidade com o micromotor arrematado 03/10/2025 09:37:53
11/07/2025 - 09:00:18	250,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa Pietra Odonto em função da marca apresentada não ser compatível com o contra ângulo. 08/09/2025 08:56:23
11/07/2025 - 09:00:25	240,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não apresentar compatibilidade com o micromotor arrematado 03/10/2025 09:37:53



11/07/2025 - 09:01:20	700,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:38:27
11/07/2025 - 09:01:22	220,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa Pietra Odonto em função da marca apresentada não ser compatível com o contra ângulo. 08/09/2025 08:56:23
11/07/2025 - 09:01:28	699,05	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:20	690,00	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:37:14
11/07/2025 - 09:02:20	219,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não apresentar compatibilidade com o micromotor arrematado 03/10/2025 09:37:53
11/07/2025 - 09:02:23	689,30	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:36	600,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:02:39	599,94	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:02:41	650,00	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:37:14
11/07/2025 - 09:02:41	210,00	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa Pietra Odonto em função da marca apresentada não ser compatível com o contra ângulo. 08/09/2025 08:56:23
11/07/2025 - 09:03:21	500,00	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:37:14
11/07/2025 - 09:04:23	410,00	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:38:12
11/07/2025 - 09:04:58	500,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:38:27
11/07/2025 - 09:05:31	405,00	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:37:14
11/07/2025 - 09:11:42	400,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:37:57
11/07/2025 - 09:12:08	399,90	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:37:14
11/07/2025 - 09:15:00	359,99	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Cancelado - Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo. 28/10/2025 08:37:14

0016 - Negatoscópio panorâmico ultra fino - Espessura 7mm; Sistema de iluminação por LED; Sistema de fixação das radiografias por imã; permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); Dimensão aproximada do produto 290 x 180 x 7 mm; Peso aproximado: 625 g; Bivolt (ajuste automático); com suporte de mesa e fonte de alimentação. Garantia 2 anos.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 17:10:06	1.400,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 15:44:35	600,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
10/07/2025 - 16:08:21	1.900,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:25:02	600,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:27:35	500,00 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:30:06	1.500,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA em função do produto apresentado não apresentar lampadas LED e pelo não atendimento nas dimensões solicitadas 08/09/2025 08:59:56
10/07/2025 - 17:37:14	614,79 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:22	800,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
10/07/2025 - 20:51:27	1.000,00 (proposta)	14.487.450/0001-65 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	Válido
11/07/2025 - 08:55:34	499,30	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:39	614,78	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido



11/07/2025 - 08:57:52	500,01	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 09:01:27	500,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA em função do produto apresentado não apresentar lampadas LED e pelo não atendimento nas dimensões solicitadas 08/09/2025 08:59:56
11/07/2025 - 09:02:47	480,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:02:50	479,63	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:05:16	480,01	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA em função do produto apresentado não apresentar lampadas LED e pelo não atendimento nas dimensões solicitadas 08/09/2025 08:59:56
11/07/2025 - 09:12:56	470,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:12:59	469,61	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:14:51	471,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA em função do produto apresentado não apresentar lampadas LED e pelo não atendimento nas dimensões solicitadas 08/09/2025 08:59:56
11/07/2025 - 09:19:40	410,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:20:09	400,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA em função do produto apresentado não apresentar lampadas LED e pelo não atendimento nas dimensões solicitadas 08/09/2025 08:59:56
11/07/2025 - 09:20:12	463,41	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 09:20:17	428,57	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido

0017 - Selador de embalagem cirúrgica - com estrutura construída em aço com largura de selagem mínima de 13 mm, Possibilita selagem de embalagens com largura de até 300mm. Deve possuir Controle eletrônico de temperatura até 300°C, potência mínima de 150W, Controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro, Alavanca de selagem. Deve acompanhar suporte e cortador de bobinas com faca em aço temperado rotativa com largura de no mínimo 350mm...

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 17:10:39	5.900,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 14:21:32	2.000,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
10/07/2025 - 15:09:23	1.000,00 (proposta)	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
10/07/2025 - 15:45:04	1.286,00 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
10/07/2025 - 16:08:48	1.100,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/07/2025 - 16:27:57	3.166,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
10/07/2025 - 17:37:15	1.331,31 (proposta)	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
10/07/2025 - 17:40:23	1.550,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 07:27:32	900,00 (proposta)	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
11/07/2025 - 08:55:33	999,80	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:55:37	1.007,00	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/07/2025 - 08:55:39	1.285,99	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Válido
11/07/2025 - 08:57:35	950,00	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
11/07/2025 - 08:57:40	949,42	31.401.798/0001-07 - DENTAL BH BRASIL	Válido
11/07/2025 - 08:58:02	3.500,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 09:02:52	840,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
11/07/2025 - 09:03:06	820,00	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido



11/07/2025 - 09:04:07	850,00	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido
11/07/2025 - 09:12:17	614,20	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Válido
11/07/2025 - 09:13:48	750,00	97.533.241/0001-38 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	Válido

0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 17:14:29	9.500,00 (proposta)	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
10/07/2025 - 14:47:43	4.000,00 (proposta)	39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA em função do catálogo apresentado não possuir as especificações do produto cotado, impossibilitando qualquer tipo de análise. 17/10/2025 17:47:56
10/07/2025 - 16:09:11	3.500,00 (proposta)	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência referente à envio de catálogo. 03/10/2025 14:43:35
10/07/2025 - 16:25:45	8.000,00 (proposta)	54.647.123/0001-48 - JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Em função de insucesso na negociação com os licitantes, haja vista que o valor das propostas ficaram muito acima do valor orçado, declaro fracassado o presente certame. 17/12/2025 08:13:20
10/07/2025 - 16:28:23	5.166,67 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, em função do catálogo apresentado ser de produto diferente do que foi cotado. 04/11/2025 07:50:04
10/07/2025 - 17:40:23	4.200,00 (proposta)	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor 13/10/2025 10:25:10
10/07/2025 - 19:19:58	6.100,00 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não vem acompanhado de sete pontas, uma chave torque e uma chave endo 03/10/2025 10:00:12
11/07/2025 - 08:25:35	5.000,00 (proposta)	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor 08/09/2025 09:13:25
11/07/2025 - 08:55:34	3.499,99	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor 13/10/2025 10:25:10
11/07/2025 - 08:55:37	4.984,19	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Cancelado - Desclassifico a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, em função do catálogo apresentado ser de produto diferente do que foi cotado. 04/11/2025 07:50:04
11/07/2025 - 08:57:15	3.200,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não vem acompanhado de sete pontas, uma chave torque e uma chave endo 03/10/2025 10:00:12
11/07/2025 - 08:58:09	6.000,00	08.380.296/0001-25 - Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12 17/12/2025 07:41:11
11/07/2025 - 09:01:33	3.201,11	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor 08/09/2025 09:13:25
11/07/2025 - 09:01:37	3.201,10	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor 13/10/2025 10:25:10
11/07/2025 - 09:12:24	3.190,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência referente à envio de catálogo. 03/10/2025 14:43:35
11/07/2025 - 09:12:45	3.100,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não vem acompanhado de sete pontas, uma chave torque e uma chave endo 03/10/2025 10:00:12
11/07/2025 - 09:12:55	3.101,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor 08/09/2025 09:13:25
11/07/2025 - 09:16:33	1.620,00	32.593.430/0001-50 - M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor 08/09/2025 09:13:25
11/07/2025 - 09:17:07	2.666,00	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	Cancelado - Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor 13/10/2025 10:25:10
11/07/2025 - 09:18:01	2.500,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não vem acompanhado de sete pontas, uma chave torque e uma chave endo 03/10/2025 10:00:12
11/07/2025 - 09:19:28	2.600,00	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência referente à envio de catálogo. 03/10/2025 14:43:35

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Página 65 de 102



Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0017	18/07/2025 - 08:27:08	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	Seladora.pdf
0017	18/07/2025 - 08:29:24	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	READEQUADA PINHEIROS.pdf
0017	18/07/2025 - 08:29:34	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	PRODUTOS ISENTOS.pdf
0017	18/07/2025 - 08:29:45	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	15-07-2025 HABILITACAO EQUIPSUL.pdf
0007	18/07/2025 - 08:38:11	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Manual de instruções KDT – 1011_rev01(1) CONTRA ANGULO.docx
0012	18/07/2025 - 08:38:54	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Manual_Aqua_Tech.pdf
0015	18/07/2025 - 08:39:37	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Manual de instruções KDT – 1000_rev.01(2) CANETA BAIXA ROTAÇÃO.doc
0001	18/07/2025 - 09:01:33	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	AMB DOCUMENTOS.zip
0002	18/07/2025 - 09:01:42	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	AMB DOCUMENTOS.zip
0003a	18/07/2025 - 09:01:51	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	AMB DOCUMENTOS.zip
0005	22/08/2025 - 15:08:05	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	CATALOGO - ANVISA - READEQUADA.zip
0008	22/08/2025 - 15:14:52	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	diligência 22-08.zip
0009a	22/08/2025 - 15:15:01	37.885.137/0001-80 - AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	diligência 22-08.zip
0014	22/08/2025 - 16:31:34	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	PINHEIROS- ES 31-2025.zip
0014	22/08/2025 - 16:31:34	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Descritivo técnico Laser Duo 3.0_Simultaneo.pdf
0014	22/08/2025 - 16:31:34	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.pdf
0005	22/08/2025 - 17:17:18	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	ASSISTENCIA TECNICA.pdf
0006	08/09/2025 - 08:45:19	28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Manual de instruções KDT – 1500.doc
0016	09/09/2025 - 08:54:20	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	PROPOSTA E CATALOGO.zip
0002	03/10/2025 - 09:18:49	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Documentos EGR .zip
0002	03/10/2025 - 09:18:49	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	PROPOSTA, DECLARAÇÃO, CATÁLOGO E ANVISA.zip
0003a	03/10/2025 - 09:19:40	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Documentos EGR .zip
0003a	03/10/2025 - 09:19:40	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	PROPOSTA, DECLARAÇÃO, CATÁLOGO E ANVISA.zip
0008	03/10/2025 - 09:45:43	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	cmo-850br-compressor-odontologico-22.pdf
0009a	03/10/2025 - 09:54:24	52.919.905/0001-63 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	cmo-850br-compressor-odontologico-22.pdf
0006	03/10/2025 - 09:55:46	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	HABILITACAO.zip
0006	03/10/2025 - 09:55:46	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.zip
0007	03/10/2025 - 09:56:01	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	HABILITACAO.zip
0007	03/10/2025 - 09:56:01	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.zip
0015	03/10/2025 - 09:56:17	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	HABILITACAO.zip



0015	03/10/2025 - 09:56:17	20.669.174/0001-59 - K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROPOSTA AJUSTADA.zip
0018	03/10/2025 - 15:44:34	05.021.932/0001-34 - Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	PROPOSTA READEQUADA II.zip
0006	07/10/2025 - 08:59:48	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	CANETA ALTA ROTACÃO.pdf
0007	13/10/2025 - 09:48:49	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	contra angulo LT.pdf
0004	13/10/2025 - 10:30:09	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	READEQUADA PINHEIROS ITENS 4 E 17.pdf
0004	13/10/2025 - 10:30:27	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	CATALOGO AUTOCLAVE BS DIGITALE.pdf
0004	13/10/2025 - 10:30:39	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	RMS AUTOCLAVE BS.pdf
0004	13/10/2025 - 10:31:13	36.999.842/0001-46 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	05-10-2025 HABILITACAO EQUIPSUL.pdf
0018	13/10/2025 - 10:38:28	39.346.590/0001-44 - KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	PROPOSTA REAJUSTADA_DOCS_KDN.zip
0004	20/10/2025 - 07:57:31	57.048.285/0001-58 - F5 DISTRIBUIDORA LTDA	21 LITROS BIVOLT A.pdf
0018	20/10/2025 - 09:16:34	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	PROPOSTA ANVISA_CATALOGO E DECLARAÇÕES.zip
0018	20/10/2025 - 09:16:34	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Documentos EGR.zip
0010	04/11/2025 - 13:32:21	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	DOC EGR.zip
0010	04/11/2025 - 13:32:21	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	PROPOSTA.zip
0011a	04/11/2025 - 13:40:03	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	DOC EGR.zip
0011a	04/11/2025 - 13:40:03	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	PROPOSTA.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04/07/2025 - 15:26	CAROLINE GOULART LUCHTEMBERG	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
F5 DISTRIBUIDORA LTDA	07/07/2025 - 15:45	Henrique	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
SZ HOSPITALAR LTDA	08/07/2025 - 13:16	Cristian Mroginski	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	08/07/2025 - 15:32	TIAGO CRISTIANO CZARNECKI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LG TECNOLOGIA LTDA ME	09/07/2025 - 17:37	SHEILA LOPES SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10/07/2025 - 11:45	Felipe Andrade	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	10/07/2025 - 14:32	kamilla dardengo do nascimento	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	10/07/2025 - 15:07	THIAGO TEITE NAGASHIMA SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	10/07/2025 - 15:55	Luis Carlos de Paiva Cordeiro	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10/07/2025 - 16:11	Maarcio Matheus de SOUZA Bortoloci	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	10/07/2025 - 16:18	EVELINNE BORGES DE SOUZA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	10/07/2025 - 16:38	Gabriel Machado	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DENTAL BH BRASIL	10/07/2025 - 17:37	RAFAELA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	10/07/2025 - 17:40	BRUNO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Vs Costa & Cia Ltda	10/07/2025 - 18:43	Gisele Mendes	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	10/07/2025 - 18:46	JOSE AUGUSTO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	10/07/2025 - 19:55	Sofia Melo	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	11/07/2025 - 07:24	PATRICIA ALVES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11/07/2025 - 08:21	Mateus	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11/07/2025 - 08:28	Cesar Rafael Carrega	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-íon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.

Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12

18/07/2025 - 07:57:22	MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-íon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	-----------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.

22/08/2025 - 09:26:47	MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-íon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	-----------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.

18/07/2025 - 07:57:52	Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-íon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	---------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.

22/08/2025 - 09:27:01	Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-íon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	---------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.



18/07/2025 - 07:55:41	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-lon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.

22/08/2025 - 09:26:20	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-lon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.

17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0002 - Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.
-----------------------	---	--------------------	--

Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12

03/10/2025 - 08:14:09	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0002 - Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.
-----------------------	---	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui estabilizador

17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0003a - Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12



03/10/2025 - 08:33:05	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0003a - Aparelho de raio x odontológico – Prático e de fácil operação, com voltagem no tubo emissor 70 KVP , intensidade da corrente do tubo emissor de 7mA, potência de 1200W, Isolamento termoeletrico por imersão do cabeçote em óleo, controle remoto c/ cabo espiralado, seleção de exposição de tempo em décimos e centésimos de segundo, bip sonoro conjugado à emissão dos raios X, braço articulado, câmara expansora de óleo, foco de emissão 0,8 x 0,8mm e sistema de bloqueio que impede o disparo em casos de sobre tensão e sub tensão. Acompanhar estabilizador de tensão cilindro colimador de 300 mm usando prolongador, colimador retangular. Possuir certificação do INMETRO com base na norma internacional de radioproteção IEC-601 e total adequação todas as exigências da portaria 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Tensão 127V em 60 Hz. Todos os acessórios devem ser do mesmo fabricante. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Declaração de Assistência técnica de uma empresa do estado do Espírito Santo com cópia do registro no CREA sendo esta responsável pela instalação e prestação de serviços durante o período de garantia para os itens cotados. Oferecer treinamento para os usuários após a instalação dos equipamentos.
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital

17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir sistema de despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de agua destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12

13/10/2025 - 09:04:07	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir sistema de despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de agua destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:29h referente à envio de catálogo

03/10/2025 - 13:45:38	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.322.844/0001-88	Item 0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir sistema de despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de agua destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas.



07/10/2025 - 08:27:58	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	19.639.940/0003-15	Item 0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpra a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	---------------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 13:47h referente à envio de catálogo.

17/10/2025 - 17:40:07	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	36.999.842/0001-46	Item 0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpra a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI em função do produto cotado não apresentar garantia mínima de 02 anos, bem como não apresentar a empresa registrada na CREA ES responsável pela instalação e manutenção.

22/07/2025 - 15:34:47	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpra a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	--------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.

08/09/2025 - 08:06:10	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpra a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
-----------------------	--------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Em função do Equipamento não possibilitar o uso de 4 bandejas

22/07/2025 - 15:35:24	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0005 - Bomba a vácuo portátil – Para sucção de fluidos e resíduos provenientes de tratamentos odontológicos. Acionamento Eletrônico por pedal ou automático. Motor mínimo de 1/5cv, alimentação bivolt, Capacidade de armazenamento mínimo de 6 litros. Vazão mínima de 35l/min.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	---



Desclassificação: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catálogo.

22/08/2025 - 14:56:17	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0005 - Bomba a vácuo portátil – Para sucção de fluidos e resíduos provenientes de tratamentos odontológicos. Acionamento Eletrônico por pedal ou automático. Motor mínimo de 1/5cv, alimentação bivolt, Capacidade de armazenamento mínimo de 6 litros. Vazão mínima de 35l/min.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do não atendimento da diligência.

13/10/2025 - 09:14:04	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	Item 0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.
-----------------------	-----------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa F5 DISTRIBUIDORA LTDA em função do não atendimento ao edital, haja vista que o item cotado não apresenta rolamento cerâmico.

08/09/2025 - 08:31:26	LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	Item 0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.
-----------------------	-----------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button

03/10/2025 - 14:38:53	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.669.174/0001-59	Item 0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto.

07/10/2025 - 08:54:51	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:39h referente à envio de catálogo.

17/10/2025 - 17:42:49	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência.

22/07/2025 - 15:35:41	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.
-----------------------	--------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catálogo.

08/09/2025 - 08:28:09	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.
-----------------------	--------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa OdontoMaster em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto.

03/10/2025 - 09:05:08	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	Item 0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui potência mínima de 16W e não possui rolamento cerâmico.

17/10/2025 - 17:46:42	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	Item 0007 - Contra ângulo odontológico - com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 30.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. Garantia de 12 meses.
-----------------------	-----------------------	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa F5 DISTRIBUIDORA LTDA Distribuidora em função do produto cotado não possuir sistema push button conforme exige o edital.

13/10/2025 - 09:37:57	LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	Item 0007 - Contra ângulo odontológico - com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 30.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. Garantia de 12 meses.
-----------------------	-----------------------	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo

07/10/2025 - 08:15:01	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.669.174/0001-59	Item 0007 - Contra ângulo odontológico - com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 30.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. Garantia de 12 meses.
-----------------------	--	--------------------	--



Desclassificação: Caneta de Contra-ângulo: desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à rotação mínima exigida. O edital exige um equipamento com rotação de 30.000 RPM, enquanto o produto cotado possui rotação de 22.000 RPM. Marca Khalkos.

03/10/2025 - 09:16:44	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0007 - Contra ângulo odontológico - com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 30.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. Garantia de 12 meses.
-----------------------	--------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui o sistema push button

08/09/2025 - 08:37:37	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	Item 0007 - Contra ângulo odontológico - com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 30.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. Garantia de 12 meses.
-----------------------	---	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa PIETRA por não atender as exigências do edital no que diz sistema push button

17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0008 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12

03/10/2025 - 14:04:42	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	52.919.905/0001-63	Item 0008 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	---------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba

13/10/2025 - 09:55:08	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0008 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	---	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:07h referente à envio de catálogo

03/10/2025 - 09:21:23	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0008 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba

22/07/2025 - 15:36:56	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0008 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.



22/08/2025 - 15:01:45	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0008 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	--

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do não atendimento da diligência.

17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0009a - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12

03/10/2025 - 14:31:03	BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	52.919.905/0001-63	Item 0009a - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	---------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba

04/11/2025 - 07:32:19	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0009a - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES em função do não atendimento à diligência.

04/11/2025 - 07:34:41	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0009a - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba

03/10/2025 - 09:21:51	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0009a - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba



22/07/2025 - 15:37:25	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0009a - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.

22/08/2025 - 15:02:09	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0009a - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
-----------------------	--------------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do não atendimento da diligência.

17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0010 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12

24/10/2025 - 09:05:01	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	Item 0010 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
-----------------------	---	--------------------	---

Desclassificação: A pedido do licitante

04/11/2025 - 07:37:39	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0010 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência aberta dia 29/10 às 12:00h.

17/10/2025 - 17:57:48	LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	Item 0010 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
-----------------------	-----------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos

22/07/2025 - 15:38:02	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0010 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
-----------------------	--------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.

03/10/2025 - 13:34:17	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0010 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
-----------------------	--------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital.

17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0011a - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
-----------------------	--	--------------------	--

Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12



24/10/2025 - 09:04:46	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.444.108/0001-95	Item 0011a - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
Desclassificação: A pedido do licitante			
04/11/2025 - 07:42:25	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0011a - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
Desclassificação: Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência.			
17/10/2025 - 17:58:18	LG TECNOLOGIA LTDA ME	18.953.570/0001-61	Item 0011a - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
Desclassificação: Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos			
03/10/2025 - 13:34:30	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0011a - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital.			
22/07/2025 - 15:38:22	SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	Item 0011a - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
Desclassificação: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.			
22/08/2025 - 07:18:03	SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	Item 0011a - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
Desclassificação: A pedido do licitante			
17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0012 - Destilador de água portátil – Sem necessidade de instalação hidráulica. Capacidade do reservatório comum de 04 litros. Capacidade do reservatório de água destilada de 3,8 litros. Duração do ciclo de 6 a 8 horas. Voltagem de 127 ou 220 volts. Peso 4 kilos. Garantia de 01 ano.
Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12			
17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0014 - Lazer de baixa potência, Tipo: Portátil, sem fio -Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicação: Uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potência (Watts): 100 no mínimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no mínimo 600 mA; Autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso...
Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12			
22/08/2025 - 15:02:46	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0014 - Lazer de baixa potência, Tipo: Portátil, sem fio -Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicação: Uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potência (Watts): 100 no mínimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no mínimo 600 mA; Autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso...
Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do não atendimento da diligência.			
22/07/2025 - 15:38:48	SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	Item 0014 - Lazer de baixa potência, Tipo: Portátil, sem fio -Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicação: Uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potência (Watts): 100 no mínimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no mínimo 600 mA; Autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso...
Desclassificação: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.			
22/08/2025 - 07:17:22	SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	Item 0014 - Lazer de baixa potência, Tipo: Portátil, sem fio -Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicação: Uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potência (Watts): 100 no mínimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no mínimo 600 mA; Autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso...
Desclassificação: A pedido do licitante			
28/10/2025 - 08:38:12	F5 DISTRIBUIDORA LTDA	57.048.285/0001-58	Item 0015 - Micro motor odontológico - esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%. Sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. Deve ser da mesma marca do contra ângulo que está nesse processo.
Desclassificação: Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo.			



28/10/2025 - 08:38:27	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0015 - Micro motor odontológico - esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, Sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. Deve ser da mesma marca do contra ângulo que está nesse processo.
Desclassificação: Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo.			
28/10/2025 - 08:37:14	K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.669.174/0001-59	Item 0015 - Micro motor odontológico - esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, Sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. Deve ser da mesma marca do contra ângulo que está nesse processo.
Desclassificação: Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo.			
03/10/2025 - 09:37:53	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0015 - Micro motor odontológico - esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, Sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. Deve ser da mesma marca do contra ângulo que está nesse processo.
Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não apresentar compatibilidade com o micromotor arrematado			
28/10/2025 - 08:37:57	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0015 - Micro motor odontológico - esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, Sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. Deve ser da mesma marca do contra ângulo que está nesse processo.
Desclassificação: Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo.			
08/09/2025 - 08:56:23	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	28.877.319/0001-19	Item 0015 - Micro motor odontológico - esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, Sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. Deve ser da mesma marca do contra ângulo que está nesse processo.
Desclassificação: Desclassifico a empresa Pietra Odonto em função da marca apresentada não ser compatível com o contra ângulo.			
08/09/2025 - 08:59:56	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0016 - Negatoscópio panorâmico ultra fino - Espessura 7mm; Sistema de iluminação por LED; Sistema de fixação das radiografias por imã; permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); Dimensão aproximada do produto 290 x 180 x 7 mm; Peso aproximado: 625 g; Bivolt (ajuste automático); com suporte de mesa e fonte de alimentação. Garantia 2 anos.
Desclassificação: Desclassifico a empresa M CARREGA em função do produto apresentado não apresentar lampadas LED e pelo não atendimento nas dimensões solicitadas			
17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0016 - Negatoscópio panorâmico ultra fino - Espessura 7mm; Sistema de iluminação por LED; Sistema de fixação das radiografias por imã; permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado); Dimensão aproximada do produto 290 x 180 x 7 mm; Peso aproximado: 625 g; Bivolt (ajuste automático); com suporte de mesa e fonte de alimentação. Garantia 2 anos.
Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12			
17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0017 - Selador de embalagem cirúrgica - com estrutura construída em aço com largura de selagem mínima de 13 mm, Possibilita selagem de embalagens com largura de até 300mm. Deve possuir Controle eletrônico de temperatura até 300°C, potência mínima de 150W, Controle eletrônico do tempo de selagem com bip sonoro, Alavanca de selagem. Deve acompanhar suporte e cortador de bobinas com faca em aço temperado rotativa com largura de no mínimo 350mm...
Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12			
17/12/2025 - 07:41:11	Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda	08.380.296/0001-25	Item 0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...
Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12			
17/12/2025 - 08:13:20	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...
Desclassificação: Em função de insucesso na negociação com os licitantes, haja vista que o valor das propostas ficaram muito acima do valor orçado, declaro fracassado o presente certame.			
03/10/2025 - 10:00:12	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...
Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não vem acompanhado de sete pontas, uma chave torque e uma chave endo			
04/11/2025 - 07:50:04	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	Item 0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...
Desclassificação: Desclassifico a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, em função do catálogo apresentado ser de produto diferente do que foi cotado.			
08/09/2025 - 09:13:25	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	Item 0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...
Desclassificação: Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor			



13/10/2025 - 10:25:10	Mf de Almeida e Cia Ltda Epp	05.021.932/0001-34	Item 0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...
Desclassificação: Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor			
17/10/2025 - 17:47:56	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	39.346.590/0001-44	Item 0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...
Desclassificação: Desclassifico a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA em função do catálogo apresentado não possuir as especificações do produto cotado, impossibilitando qualquer tipo de análise.			
03/10/2025 - 14:43:35	AMB DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0018 - ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir. Console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável...
Desclassificação: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência referente à envio de catálogo.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
22/07/2025 - 15:34:15	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	37.885.137/0001-80	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm ² . Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-lon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:06:16	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm ² . Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-lon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:06:24	MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	97.533.241/0001-38	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm ² . Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-lon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:06:43	Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	Item 0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm ² . Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-lon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
Desclassificação indevida			



22/08/2025 - 07:07:20	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0004 - Autoclave com vaso de pressão em aço INOX de no mínimo 20L. Para esterilizar artigos e instrumentos termorresistentes utilizando vapor saturado sob pressão. Deve possuir sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Deve possuir registro no INMETRO conforme portaria INMETRO N° 255 de 29/05/2014. Deve possuir display em LCD com no mínimo 4 programas de esterilização. Possibilitar secagem eficiente com porta fechada. Deve possuir e possibilitar o uso de 4 bandejas em alumínio ou aço inox na câmara. A tampa deve ser em aço inox para maior segurança e facilidade de limpeza. Deve possuir sistema de ajuste para altitude visando evitar falhas na esterilização. Deve possuir desaeração e despressurização automáticas. Possuir programa de secagem extra, sistema eletrônico de cruzamento de dados, chave e trava da porta. Deve ser bivolt automática. Consumo de energia de no máximo 800 watts por hora. Consumo máximo de água destilada de 300 ml por ciclo. Deve apresentar junto com a proposta a comprovação do registro do fabricante no INMETRO. Potência mínima deve ser de 1500 Watts. Possuir diâmetro de no mínimo 24 centímetros e profundidade do vaso de pressão de no mínimo 45 centímetros. Garantia mínima do fabricante de 2 anos. A embalagem deve conter o copo graduado, suporte de bandeja, 4 bandejas, suporte para bandejas, abraçadeira e no mínimo 1,5 metros de mangueira para saída do vapor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:08:01	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0005 - Bomba a vácuo portátil – Para sucção de fluidos e resíduos provenientes de tratamentos odontológicos. Acionamento Eletrônico por pedal ou automático. Motor mínimo de 1/5cv, alimentação bivolt, Capacidade de armazenamento mínimo de 6 litros. Vazão mínima de 35l/min.
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:08:11	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0006 - Caneta de alta rotação - Turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 16 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Garantia de 12 meses.
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:08:25	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0008 - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:08:44	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	54.647.123/0001-48	Item 0009a - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:08:52	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0010 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:09:12	SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	Item 0011 - Consultório odontológico completo - Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA com movimentos automáticos, acionada por moto-redutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação mínima de 190 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis...
Desclassificação indevida			
22/08/2025 - 07:09:22	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	Item 0013 - FISIOMOCHO - com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metálicas em cromo duro...
Desclassificação indevida			



22/08/2025 - 07:09:39 SZ HOSPITALAR LTDA 57.977.634/0001-16

Item 0014 - Lazer de baixa potência, Tipo: Portátil, sem fio -Modelo: Com Laser Vermelho e Infravermelho, Aplicação: Uso terapêutico na odontologia, enfermagem, medicina e fisioterapia; Comprimento de ondas Laser Vermelho (nm): 660; Comprimento de ondas Laser Infravermelho (nm): 808; Potência (Watts): 100 no mínimo; Tipo de bateria: de Li-Ion com no mínimo 600 mA; Autonomia da bateria: 3 horas contínuas de uso...

Desclassificação indevida

04/11/2025 - 07:34:33 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32.593.430/0001-50

Item 0009a - Compressor de ar odontológico para até dois consultórios, isento de óleo. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 30 litros, com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), possuir aberturas laterais, para futuras inspeções de acordo com a NR13-ASME VIII; deve possuir no mínimo motor de 2HP. Pressostato com chave geral liga/desliga, válvula de segurança. Deve possuir gabinete metálico com ventoinha. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Deve acompanhar purgador eletrônico e painel com horímetro, chave liga e desliga, manômetro de pressão do vaso de pressão, regulador de ar e manômetro de pressão de saída. Certificado do vaso de pressão. Deve ter ruído máximo de 52 decibéis. Deve ter no mínimo 9,5 PCM de deslocamento de ar. Todo material de instalação será por conta do fornecedor. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos para o município.

Justificativa equivocada

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/12/2025 - 10:03	--	--

0001 - Aparelho de fotopolimerizador - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potencia de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo, dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O LED deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia. Não deve ter fibra óptica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-lon de no mínimo 1300mAh. O LED deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Deve apresentar uma empresa com CREA- ES que ficará responsável pela instalação, manutenção preventiva mensal durante 12 meses em todas unidades e manutenções corretivas sem custos.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
36999842000146 - EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	11/07/2025 - 09:39:37	manifestamos intenção de recurso: arrematante não atende ao solicitado em edital.	Indeferido
Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.			
97533241000138 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	11/07/2025 - 10:21:03	Equipamento ofertado não atende ao edital.	Indeferido
Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.			
14487450000165 - Cassia Coutinho Lucas - Epp	16/07/2025 - 14:00:47	Declaramos intenção de recurso , pelo fato do equipamento oferecido não atender o descritivo técnico solicitado no edital.	Indeferido
Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.			
97533241000138 - MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	18/07/2025 - 14:37:56	Declaramos intenção de recurso devido a nossa desclassificação no item.	Indeferido
Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.			
33246555000177 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	03/10/2025 - 13:48:29	Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.	Indeferido



Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/07/2025 - 08:47:39	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/07/2025 - 08:47:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/07/2025 - 08:47:56	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
11/07/2025 - 08:47:56	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
11/07/2025 - 08:47:56	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
11/07/2025 - 08:47:56	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11/07/2025 - 08:47:56	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/07/2025 - 08:48:06	Pregoeiro	Bom dia Licitantes
11/07/2025 - 08:48:16	Pregoeiro	Vamos iniciar o certame
11/07/2025 - 08:48:22	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:48:25	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:48:25	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/07/2025 - 08:48:25	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:48:28	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:48:28	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:48:36	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:48:36	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:48:37	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:48:37	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/07/2025 - 08:48:37	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:54:40	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:54:40	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/07/2025 - 08:55:06	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:55:27	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:55:27	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:55:28	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:55:29	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:55:31	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:55:31	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 08:55:32	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 09:02:58	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 8.499,70 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
11/07/2025 - 09:03:05	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 8.499,36 para o item 0003a pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
11/07/2025 - 09:03:23	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:03:26	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:03:26	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:03:29	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:03:29	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:03:38	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:03:38	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:03:38	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:03:38	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:04:53	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:09:54.
11/07/2025 - 09:05:06	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 8.499,70 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 09:05:14	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:10:14.



11/07/2025 - 09:05:14	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.370,00, R\$ 1.380,00, R\$ 1.383,75
11/07/2025 - 09:05:23	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:10:23.
11/07/2025 - 09:05:23	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 4.000,00, R\$ 4.499,80, R\$ 4.499,81
11/07/2025 - 09:05:37	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 8.899,06 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
11/07/2025 - 09:06:11	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:11:12.
11/07/2025 - 09:08:21	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:13:21.
11/07/2025 - 09:08:21	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 388,99
11/07/2025 - 09:08:30	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:13:31.
11/07/2025 - 09:09:42	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:09:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:09:54.
11/07/2025 - 09:09:55	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:10:06	Sistema	O item 0011 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:10:15	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:10:14.
11/07/2025 - 09:10:15	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:10:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:10:23.
11/07/2025 - 09:10:24	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:10:27	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:10:27	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:10:30	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:10:30	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:10:33	Sistema	O item 0016 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:10:33	Sistema	O item 0017 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:10:33	Sistema	O item 0018 entrou em tempo aleatório.
11/07/2025 - 09:10:42	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:15:42.
11/07/2025 - 09:10:42	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 269,99, R\$ 270,00
11/07/2025 - 09:10:57	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:15:57.
11/07/2025 - 09:10:57	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.000,00, R\$ 2.250,00, R\$ 2.300,00
11/07/2025 - 09:11:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:11:12.
11/07/2025 - 09:11:12	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:11:54	Sistema	Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:16:55.
11/07/2025 - 09:12:01	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 8.899,06 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.
11/07/2025 - 09:12:09	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:17:10.
11/07/2025 - 09:12:09	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 3.500,00, R\$ 3.780,00, R\$ 4.099,99
11/07/2025 - 09:12:13	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:17:13.
11/07/2025 - 09:13:12	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:18:13.
11/07/2025 - 09:13:12	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 600,00, R\$ 850,00
11/07/2025 - 09:13:22	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:13:21.
11/07/2025 - 09:13:22	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:13:25	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:18:25.
11/07/2025 - 09:13:31	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:13:31.
11/07/2025 - 09:13:31	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:14:16	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:19:16.
11/07/2025 - 09:14:16	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 399,90
11/07/2025 - 09:15:43	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:15:42.
11/07/2025 - 09:15:43	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:15:58	Sistema	Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:20:59.



11/07/2025 - 09:15:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:15:57.
11/07/2025 - 09:15:58	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:16:37	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:21:37.
11/07/2025 - 09:16:37	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 19.900,00, R\$ 20.000,00
11/07/2025 - 09:16:55	Sistema	A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:16:55.
11/07/2025 - 09:16:55	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:17:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:17:10.
11/07/2025 - 09:17:10	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:17:13	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:17:13.
11/07/2025 - 09:17:13	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:17:28	Sistema	Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:22:28.
11/07/2025 - 09:17:28	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 17.500,00, R\$ 18.000,00, R\$ 18.950,00
11/07/2025 - 09:18:13	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:18:13.
11/07/2025 - 09:18:13	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:18:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:18:25.
11/07/2025 - 09:18:25	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:19:07	Sistema	Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/07/2025 às 09:24:08.
11/07/2025 - 09:19:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:19:16.
11/07/2025 - 09:19:16	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:20:59	Sistema	A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:20:59.
11/07/2025 - 09:20:59	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:21:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:21:37.
11/07/2025 - 09:21:38	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:22:29	Sistema	A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:22:28.
11/07/2025 - 09:22:29	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:24:09	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 11/07/2025 às 09:24:08.
11/07/2025 - 09:24:09	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
11/07/2025 - 09:35:25	Pregoeiro	Vamos analisar todas as marcas cotadas e prosseguirmos com a convocação de amostras. Vamos mantendo contato pelo chat
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 999,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0002 teve como arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.800,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0003 teve como arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 7.800,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0004 teve como arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.100,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0005 teve como arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.000,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0006 teve como arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 180,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0007 teve como arrematante PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 210,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0008 teve como arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.200,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0009 teve como arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.200,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0010 teve como arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 15.200,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0011 teve como arrematante SZ HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 4.338,50.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0012 teve como arrematante PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 500,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0013 teve como arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 750,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0014 teve como arrematante SZ HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 759,80.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0015 teve como arrematante PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 210,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0016 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 400,00.
11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0017 teve como arrematante EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 614,20.



11/07/2025 - 09:37:32	Sistema	O item 0018 teve como arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME com lance de R\$ 1.620,00.
11/07/2025 - 09:39:37	Sistema	O fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/07/2025 - 09:43:17	Pregoeiro	Vamos analisar todas as marcas cotadas e prosseguirmos com a convocação de amostras. Vamos mantendo contato pelo chat
11/07/2025 - 10:21:03	Sistema	O fornecedor MHM DO COUTO - COMERCIAL ME - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/07/2025 - 14:00:47	Sistema	O fornecedor Cassia Coutinho Lucas - Epp - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/07/2025 - 14:07:23	Sistema	O fornecedor FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
16/07/2025 - 14:09:41	Sistema	O fornecedor Cassia Coutinho Lucas - Epp - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
16/07/2025 - 16:02:53	Pregoeiro	Informo que a retomada do presente certame ocorrerá em 17 de julho de 2025, às 7:30h. Portanto, ficam os licitantes, desde já, convocados. Informo, ainda, que a presença virtual dos licitantes é imprescindível, já que a fase de recursos poderá ser alcançada.
16/07/2025 - 16:04:13	Pregoeiro	Informo que a retomada do presente certame ocorrerá em 18 de julho de 2025 - SEXTA FEIRA, às 7:30h. Portanto, ficam os licitantes, desde já, convocados. Informo, ainda, que a presença virtual dos licitantes é imprescindível, já que a fase de recursos poderá ser alcançada.
18/07/2025 - 07:33:54	Pregoeiro	Licitantes, bom dia!
18/07/2025 - 07:47:54	Pregoeiro	Vamos dar continuidade no certame
18/07/2025 - 07:55:41	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/07/2025 - 07:55:41	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.
18/07/2025 - 07:55:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MHM DO COUTO - COMERCIAL ME com lance de R\$ 1.050,00.
18/07/2025 - 07:57:22	Sistema	O fornecedor MHM DO COUTO - COMERCIAL ME foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/07/2025 - 07:57:22	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.
18/07/2025 - 07:57:22	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Vs Costa & Cia Ltda com lance de R\$ 1.090,00.
18/07/2025 - 07:57:52	Sistema	O fornecedor Vs Costa & Cia Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/07/2025 - 07:57:52	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.
18/07/2025 - 07:57:52	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 1.380,00.
18/07/2025 - 08:05:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:05:52	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
18/07/2025 - 08:05:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:05:52	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
18/07/2025 - 08:07:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:07:51	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
18/07/2025 - 08:07:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:07:51	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
18/07/2025 - 08:09:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:09:02	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:09:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:09:02	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:10:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:10:25	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:10:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:10:25	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:14:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:14:06	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:17:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:17:36	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:18:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:18:37	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:18:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.



18/07/2025 - 08:18:37	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:19:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:19:00	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:19:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:19:34	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:20:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:20:09	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:21:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:21:10	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:21:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:21:10	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:21:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:21:43	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:22:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:22:13	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:22:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:22:32	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:22:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:22:59	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:23:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 08:23:22	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, no prazo de 2h, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
18/07/2025 - 08:27:08	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 08:29:24	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 08:29:34	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 08:29:45	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 08:38:11	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 08:38:54	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 08:39:37	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 09:01:33	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 09:01:42	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 09:01:51	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 09:29:21	F. SZ HOSPITALAR LTDA	Documentação Item 0011: Bom dia, solicito desclassificação do item, pois houve divergência da ordem dos itens e do portal, não percebemos mas agora conferindo os ganhos ficou divergente os itens e valores, sendo que o item 11 nós não trabalhamos e o 14 o valor está inexequível
18/07/2025 - 09:34:03	F. SZ HOSPITALAR LTDA	Documentação Item 0011: Bom dia, solicito desclassificação do item, referente a divergência da ordem dos itens e do portal, não tínhamos percebido e agora conferindo os ganhos ficou divergente os itens e valores, sendo que o item 11 nós não trabalhamos e o 14 o valor está inexequível. Obrigada
18/07/2025 - 14:37:56	Sistema	O fornecedor MHM DO COUTO - COMERCIAL ME - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/07/2025 - 15:33:44	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 15:33:44	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:33:44	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI com lance de R\$ 1.383,75.
22/07/2025 - 15:34:15	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
22/07/2025 - 15:34:15	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/07/2025 - 15:34:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 1.380,00.
22/07/2025 - 15:34:47	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 15:34:47	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:34:47	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 3.575,00.
22/07/2025 - 15:35:24	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.



22/07/2025 - 15:35:24	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:35:24	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante Mf de Almeida e Cia Ltda Epp com lance de R\$ 3.975,00.
22/07/2025 - 15:35:41	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 15:35:41	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:35:41	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante LG TECNOLOGIA LTDA ME com lance de R\$ 189,00.
22/07/2025 - 15:36:56	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 15:36:56	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:36:56	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 2.600,00.
22/07/2025 - 15:37:25	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0009 na cota reservada pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 15:37:25	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:37:25	Sistema	O item 0009 na cota reservada tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 2.600,00.
22/07/2025 - 15:38:02	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 15:38:02	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:38:02	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante LG TECNOLOGIA LTDA ME com lance de R\$ 16.000,00.
22/07/2025 - 15:38:22	Sistema	O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0011 na cota reservada pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 15:38:22	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:38:22	Sistema	O item 0011 na cota reservada tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 15.200,00.
22/07/2025 - 15:38:39	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 15:38:39	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:38:39	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 850,00.
22/07/2025 - 15:38:48	Sistema	O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
22/07/2025 - 15:38:48	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta por não atender a diligência que solicitava a apresentação do catalogo.
22/07/2025 - 15:38:48	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 3.500,00.
30/07/2025 - 12:57:17	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.
30/07/2025 - 12:58:24	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0018.
30/07/2025 - 13:02:05	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.
30/07/2025 - 13:06:54	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
30/07/2025 - 13:07:25	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
30/07/2025 - 13:12:26	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
30/07/2025 - 13:13:06	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
30/07/2025 - 13:54:02	Sistema	O fornecedor FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
22/08/2025 - 07:06:16	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
22/08/2025 - 07:06:16	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:06:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 999,00.
22/08/2025 - 07:06:24	Sistema	O fornecedor MHM DO COUTO - COMERCIAL ME foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
22/08/2025 - 07:06:24	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:06:43	Sistema	O fornecedor Vs Costa & Cia Ltda foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.
22/08/2025 - 07:06:43	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:07:20	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0004.
22/08/2025 - 07:07:20	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:07:20	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 3.100,00.



22/08/2025 - 07:08:01	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0005.
22/08/2025 - 07:08:01	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:08:01	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 3.000,00.
22/08/2025 - 07:08:11	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0006.
22/08/2025 - 07:08:11	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:08:11	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 180,00.
22/08/2025 - 07:08:25	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0008.
22/08/2025 - 07:08:25	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:08:25	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 2.200,00.
22/08/2025 - 07:08:44	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0009a.
22/08/2025 - 07:08:44	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:08:44	Sistema	O item 0009a tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 2.200,00.
22/08/2025 - 07:08:52	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0010.
22/08/2025 - 07:08:52	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:08:52	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 15.200,00.
22/08/2025 - 07:09:12	Sistema	O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0011a.
22/08/2025 - 07:09:12	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:09:12	Sistema	O item 0011a tem como novo arrematante SZ HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 4.338,50.
22/08/2025 - 07:09:22	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0013.
22/08/2025 - 07:09:22	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:09:22	Sistema	O item 0013 tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 750,00.
22/08/2025 - 07:09:39	Sistema	O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0014.
22/08/2025 - 07:09:39	Sistema	Motivo: Desclassificação indevida
22/08/2025 - 07:09:39	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante SZ HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 759,80.
22/08/2025 - 07:17:22	Sistema	O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 07:17:22	Sistema	Motivo: A pedido do licitante
22/08/2025 - 07:17:22	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 3.500,00.
22/08/2025 - 07:18:03	Sistema	O fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA foi desclassificado para o item 0011 na cota reservada pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 07:18:03	Sistema	Motivo: A pedido do licitante
22/08/2025 - 07:18:03	Sistema	O item 0011 na cota reservada tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 15.200,00.
22/08/2025 - 09:26:20	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:26:20	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.
22/08/2025 - 09:26:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MHM DO COUTO - COMERCIAL ME com lance de R\$ 1.050,00.
22/08/2025 - 09:26:47	Sistema	O fornecedor MHM DO COUTO - COMERCIAL ME foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:26:47	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.
22/08/2025 - 09:26:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Vs Costa & Cia Ltda com lance de R\$ 1.090,00.
22/08/2025 - 09:27:01	Sistema	O fornecedor Vs Costa & Cia Ltda foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 09:27:01	Sistema	Motivo: Desclassifico a presente proposta em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação amperagem da bateria.
22/08/2025 - 09:27:01	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 1.380,00.
22/08/2025 - 09:57:01	Sistema	O fornecedor Mf de Almeida e Cia Ltda Epp - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
22/08/2025 - 10:03:41	Sistema	O fornecedor FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
22/08/2025 - 10:33:51	Sistema	O fornecedor Mf de Almeida e Cia Ltda Epp - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
22/08/2025 - 14:56:17	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 14:56:17	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do não atendimento da diligência.
22/08/2025 - 14:56:17	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante Mf de Almeida e Cia Ltda Epp com lance de R\$ 3.975,00.
22/08/2025 - 15:01:45	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 15:01:45	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do não atendimento da diligência.



22/08/2025 - 15:01:45	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 2.600,00.
22/08/2025 - 15:02:09	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0009 na cota reservada pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 15:02:09	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do não atendimento da diligência.
22/08/2025 - 15:02:09	Sistema	O item 0009 na cota reservada tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 2.600,00.
22/08/2025 - 15:02:46	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
22/08/2025 - 15:02:46	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do não atendimento da diligência.
22/08/2025 - 15:02:46	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante Vs Costa & Cia Ltda com lance de R\$ 3.780,00.
22/08/2025 - 15:04:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/08/2025.
22/08/2025 - 15:04:55	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
22/08/2025 - 15:05:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/08/2025.
22/08/2025 - 15:05:13	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
22/08/2025 - 15:05:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/08/2025.
22/08/2025 - 15:05:32	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
22/08/2025 - 15:05:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 26/08/2025.
22/08/2025 - 15:05:50	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
22/08/2025 - 15:08:05	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 15:14:52	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 15:15:01	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 16:31:34	Sistema	A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.
22/08/2025 - 17:17:18	Sistema	A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.
08/09/2025 - 08:06:10	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
08/09/2025 - 08:06:10	Sistema	Motivo: Em função do Equipamento não possibilitar o uso de 4 bandejas
08/09/2025 - 08:06:10	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 3.575,00.
08/09/2025 - 08:28:09	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
08/09/2025 - 08:28:09	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa OdontoMaster em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto.
08/09/2025 - 08:28:09	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante LG TECNOLOGIA LTDA ME com lance de R\$ 189,00.
08/09/2025 - 08:31:26	Sistema	O fornecedor LG TECNOLOGIA LTDA ME foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
08/09/2025 - 08:31:26	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA em função do produto não possuir sistema push button
08/09/2025 - 08:31:26	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI com lance de R\$ 209,00.
08/09/2025 - 08:37:37	Sistema	O fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
08/09/2025 - 08:37:37	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa PIETRA por não atender as exigências do edital no que diz sistema push button
08/09/2025 - 08:37:37	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 218,00.
08/09/2025 - 08:41:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 09/09/2025.
08/09/2025 - 08:41:12	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
08/09/2025 - 08:45:19	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
08/09/2025 - 08:56:23	Sistema	O fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
08/09/2025 - 08:56:23	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa Pietra Odonto em função da marca apresentada não ser compatível com o contra ângulo.
08/09/2025 - 08:56:23	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 219,00.
08/09/2025 - 08:59:56	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.
08/09/2025 - 08:59:56	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa M CARREGA em função do produto apresentado não apresentar lampadas LED e pelo não atendimento nas dimensões solicitadas
08/09/2025 - 08:59:56	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante Vs Costa & Cia Ltda com lance de R\$ 410,00.
08/09/2025 - 09:01:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 09/09/2025.
08/09/2025 - 09:01:34	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital



08/09/2025 - 09:13:25	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
08/09/2025 - 09:13:25	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor
08/09/2025 - 09:13:25	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 2.500,00.
09/09/2025 - 08:54:20	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
01/10/2025 - 15:34:01	Pregoeiro	Vamos retornar o certame para dia 03/10 às 8 horas e a presença virtual dos licitantes será de extrema importância, haja vista que poder-se-á alcançar a fase de recursos.
03/10/2025 - 08:05:34	Pregoeiro	Bom dia Licitantes
03/10/2025 - 08:13:47	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
03/10/2025 - 08:14:09	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 08:14:09	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui estabilizador
03/10/2025 - 08:14:09	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com lance de R\$ 7.857,14.
03/10/2025 - 08:31:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 08:31:04	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 08:33:05	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0003 na cota reservada pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 08:33:05	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 08:33:05	Sistema	O item 0003 na cota reservada tem como novo arrematante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com lance de R\$ 7.857,14.
03/10/2025 - 08:33:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 10:34 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 08:33:37	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 08:35:41	Sistema	O fornecedor Mf de Almeida e Cia Ltda Epp teve sua proposta aceita no item 0005.
03/10/2025 - 09:05:08	Sistema	O fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 09:05:08	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui potência mínima de 16W e não possui rolamento cerâmico.
03/10/2025 - 09:05:08	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 269,99.
03/10/2025 - 09:08:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 09:08:28	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 09:16:44	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 09:16:44	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não possui o sistema push botton
03/10/2025 - 09:16:44	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 338,99.
03/10/2025 - 09:18:49	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 09:19:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 09:19:26	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 09:19:40	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 09:21:23	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 09:21:23	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba
03/10/2025 - 09:21:23	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 2.820,83.
03/10/2025 - 09:21:51	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0009 na cota reservada pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 09:21:51	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba
03/10/2025 - 09:21:51	Sistema	O item 0009 na cota reservada tem como novo arrematante BEST HYDRO COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 2.820,83.
03/10/2025 - 09:28:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:28 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 09:28:43	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 09:29:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 09:29:16	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 09:32:50	Sistema	O fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI teve sua proposta aceita no item 0012.
03/10/2025 - 09:33:08	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0013.



03/10/2025 - 09:33:29	Sistema	O fornecedor Vs Costa & Cia Ltda teve sua proposta aceita no item 0014.
03/10/2025 - 09:37:53	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 09:37:53	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não apresentar compatibilidade com o micromotor arrematado
03/10/2025 - 09:37:53	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R\$ 359,99.
03/10/2025 - 09:38:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 11:38 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 09:38:39	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 09:39:32	Sistema	O fornecedor Vs Costa & Cia Ltda teve sua proposta aceita no item 0016.
03/10/2025 - 09:40:39	Sistema	O fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI teve sua proposta aceita no item 0017.
03/10/2025 - 09:45:43	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 09:54:24	Sistema	A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 09:55:46	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 09:56:01	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 09:56:17	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
03/10/2025 - 10:00:12	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 10:00:12	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não vem acompanhado de sete pontas, uma chave torque e uma chave endo
03/10/2025 - 10:00:12	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 2.600,00.
03/10/2025 - 10:00:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 10:00:59	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 12:51:36	Pregoeiro	Estamos analisando os catálogos e diligência que forem necessárias faremos a partir das 13:30h. Aguardo todos!!!!
03/10/2025 - 13:26:26	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
03/10/2025 - 13:26:45	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
03/10/2025 - 13:27:04	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
03/10/2025 - 13:27:21	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0018.
03/10/2025 - 13:34:17	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 13:34:17	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital.
03/10/2025 - 13:34:17	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante LG TECNOLOGIA LTDA ME com lance de R\$ 16.000,00.
03/10/2025 - 13:34:30	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0011 na cota reservada pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 13:34:30	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital.
03/10/2025 - 13:34:30	Sistema	O item 0011 na cota reservada tem como novo arrematante LG TECNOLOGIA LTDA ME com lance de R\$ 16.000,00.
03/10/2025 - 13:35:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 13:35:55	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 13:36:06	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.
03/10/2025 - 13:36:27	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0011.
03/10/2025 - 13:36:48	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
03/10/2025 - 13:36:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 13:36:56	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 13:36:58	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0018.
03/10/2025 - 13:37:22	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
03/10/2025 - 13:37:32	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.



03/10/2025 - 13:40:56	Sistema	O fornecedor FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
03/10/2025 - 13:43:02	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI teve sua proposta aceita no item 0002.
03/10/2025 - 13:43:15	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI teve sua proposta aceita no item 0003.
03/10/2025 - 13:45:38	Sistema	O fornecedor ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 13:45:38	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não suporta quatro bandejas.
03/10/2025 - 13:45:38	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA com lance de R\$ 3.650,00.
03/10/2025 - 13:47:02	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0017.
03/10/2025 - 13:47:10	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0016.
03/10/2025 - 13:47:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 13:47:15	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 13:47:19	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
03/10/2025 - 13:47:26	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0014.
03/10/2025 - 13:47:32	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.
03/10/2025 - 13:47:39	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.
03/10/2025 - 13:47:43	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0011.
03/10/2025 - 13:47:54	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.
03/10/2025 - 13:47:59	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0009.
03/10/2025 - 13:48:03	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.
03/10/2025 - 13:48:16	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
03/10/2025 - 13:48:22	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
03/10/2025 - 13:48:29	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
03/10/2025 - 14:04:42	Sistema	O fornecedor BEST HYDRO COMERCIAL LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 14:04:42	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba
03/10/2025 - 14:04:42	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 2.900,00.
03/10/2025 - 14:07:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 16:07 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 14:07:03	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital
03/10/2025 - 14:31:03	Sistema	O fornecedor BEST HYDRO COMERCIAL LTDA foi desclassificado para o item 0009 na cota reservada pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 14:31:03	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba
03/10/2025 - 14:31:03	Sistema	O item 0009 na cota reservada tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 2.900,00.
03/10/2025 - 14:33:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 16:33 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 14:33:09	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
03/10/2025 - 14:38:53	Sistema	O fornecedor K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 14:38:53	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do catálogo apresentado na diligência não conter informações acerca da potência, fator determinante para contratação, o que impede qualquer análise do produto.
03/10/2025 - 14:38:53	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 390,00.
03/10/2025 - 14:39:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 03/10/2025.
03/10/2025 - 14:39:32	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
03/10/2025 - 14:43:35	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
03/10/2025 - 14:43:35	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência referente à envio de catálogo.
03/10/2025 - 14:43:35	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante Mf de Almeida e Cia Ltda Epp com lance de R\$ 2.666,00.
03/10/2025 - 14:44:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 16:45 do dia 03/10/2025.



03/10/2025 - 14:44:20	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
03/10/2025 - 15:13:04	Pregoeiro	Vamos aguardar os prazos das diligências abertas e vamos mantendo contato por aqui e os agendamentos para retorno daremos um prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência
03/10/2025 - 15:44:34	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
07/10/2025 - 08:15:01	Sistema	O fornecedor K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
07/10/2025 - 08:15:01	Sistema	Motivo: Caneta de Contra-ângulo: desclassifico a empresa K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à rotação mínima exigida. O edital exige um equipamento com rotação de 30.000 RPM, enquanto o produto cotado possui rotação de 22.000 RPM. Marca Khalkos.
07/10/2025 - 08:15:01	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante LG TECNOLOGIA LTDA ME com lance de R\$ 389,00.
07/10/2025 - 08:16:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 08/10/2025.
07/10/2025 - 08:16:12	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
07/10/2025 - 08:27:58	Sistema	O fornecedor TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
07/10/2025 - 08:27:58	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 13:47h referente à envio de catálogo.
07/10/2025 - 08:27:58	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 4.310,00.
07/10/2025 - 08:29:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 08/10/2025.
07/10/2025 - 08:29:06	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
07/10/2025 - 08:54:51	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
07/10/2025 - 08:54:51	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:39h referente à envio de catálogo.
07/10/2025 - 08:54:51	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante F5 DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 420,00.
07/10/2025 - 08:56:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 08/10/2025.
07/10/2025 - 08:56:43	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
07/10/2025 - 08:59:48	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 09:04:07	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
13/10/2025 - 09:04:07	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:29h referente à envio de catálogo
13/10/2025 - 09:04:07	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI com lance de R\$ 4.322,50.
13/10/2025 - 09:07:04	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 14/10/2025.
13/10/2025 - 09:07:04	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
13/10/2025 - 09:14:04	Sistema	O fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
13/10/2025 - 09:14:04	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa F5 DISTRIBUIDORA LTDA em função do não atendimento ao edital, haja vista que o item cotado não apresenta rolamento cerâmico.
13/10/2025 - 09:14:04	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 460,00.
13/10/2025 - 09:37:57	Sistema	O fornecedor LG TECNOLOGIA LTDA ME foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
13/10/2025 - 09:37:57	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 08/10 às 08:16h referente à envio de catálogo
13/10/2025 - 09:37:57	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante F5 DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 410,00.
13/10/2025 - 09:47:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 14/10/2025.
13/10/2025 - 09:47:20	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
13/10/2025 - 09:48:49	Sistema	A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 09:55:08	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.
13/10/2025 - 09:55:08	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante por não atender a diligência aberta dia 03/10 às 14:07h referente à envio de catálogo
13/10/2025 - 09:55:08	Sistema	O item 0008 tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 3.900,00.
13/10/2025 - 10:25:10	Sistema	O fornecedor Mf de Almeida e Cia Ltda Epp foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
13/10/2025 - 10:25:10	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa M CARREGA pela ausência de LED no transdutor
13/10/2025 - 10:25:10	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA com lance de R\$ 4.000,00.
13/10/2025 - 10:25:46	Pregoeiro	Corrigindo a justificativa: Desclassifico a empresa Mf de Almeida e Cia Ltda Epp pela ausência de LED no transdutor
13/10/2025 - 10:29:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 14/10/2025.
13/10/2025 - 10:29:25	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.



13/10/2025 - 10:30:09	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:30:27	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:30:39	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:31:13	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
13/10/2025 - 10:38:28	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
17/10/2025 - 17:40:07	Sistema	O fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
17/10/2025 - 17:40:07	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI em função do produto cotado não apresentar garantia mínima de 02 anos, bem como não apresentar a empresa registrada no CREA ES responsável pela instalação e manutenção.
17/10/2025 - 17:40:07	Sistema	O item 0004 tem como novo arrematante F5 DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 4.725,00.
17/10/2025 - 17:42:49	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.
17/10/2025 - 17:42:49	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência.
17/10/2025 - 17:42:49	Sistema	O item 0006 tem como novo arrematante DENTAL BH BRASIL com lance de R\$ 532,55.
17/10/2025 - 17:46:42	Sistema	O fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
17/10/2025 - 17:46:42	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa F5 DISTRIBUIDORA LTDA Distribuidora em função do produto cotado não possuir sistema push botton conforme exige o edital.
17/10/2025 - 17:46:42	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante DENTAL BH BRASIL com lance de R\$ 449,78.
17/10/2025 - 17:47:56	Sistema	O fornecedor KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
17/10/2025 - 17:47:56	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA em função do catálogo apresentado não possuir as especificações do produto cotado, impossibilitando qualquer tipo de análise.
17/10/2025 - 17:47:56	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com lance de R\$ 4.984,19.
17/10/2025 - 17:50:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 21/10/2025.
17/10/2025 - 17:50:11	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
17/10/2025 - 17:57:48	Sistema	O fornecedor LG TECNOLOGIA LTDA ME foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
17/10/2025 - 17:57:48	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos
17/10/2025 - 17:57:48	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 19.900,00.
17/10/2025 - 17:58:18	Sistema	O fornecedor LG TECNOLOGIA LTDA ME foi desclassificado para o item 0011 na cota reservada pelo pregoeiro.
17/10/2025 - 17:58:18	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa LG TECNOLOGIA LTDA ME em função produto cotado não atender às exigências do edital pois não apresenta terminal com micromotor odontológico, não apresenta terminal com alta rotação e não apresenta dois mochos odontológicos. Alguns itens são apresentados como opcionais, sem o devido apontamento, o que impossibilita a aferição das demais exigências do edital. O produto ainda não atende o edital em função de não apresentar dois fisiomochos
17/10/2025 - 17:58:18	Sistema	O item 0011 na cota reservada tem como novo arrematante PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 18.950,00.
17/10/2025 - 17:58:18	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0011 foi equalizada.
17/10/2025 - 17:59:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 21/10/2025.
17/10/2025 - 17:59:58	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
17/10/2025 - 18:01:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 21/10/2025.
17/10/2025 - 18:01:32	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
17/10/2025 - 18:05:27	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 09:00 do dia 21/10/2025.
17/10/2025 - 18:05:27	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
20/10/2025 - 07:57:31	Sistema	A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.
20/10/2025 - 09:16:34	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
21/10/2025 - 08:22:15	F. PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA	Negociação Item 0011: Prezado(a) Pregoeiro(a), Solicitamos, por gentileza, a desclassificação dos itens 10 e 11, pois houve um erro na cotação dos valores e não conseguiremos manter os preços informados. Agradecemos a compreensão.
24/10/2025 - 09:03:20	Sistema	O fornecedor DENTAL BH BRASIL teve sua proposta aceita no item 0006.
24/10/2025 - 09:03:32	Sistema	O fornecedor DENTAL BH BRASIL teve sua proposta aceita no item 0007.
24/10/2025 - 09:04:46	Sistema	O fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0011 na cota reservada pelo pregoeiro.
24/10/2025 - 09:04:46	Sistema	Motivo: A pedido do licitante
24/10/2025 - 09:04:46	Sistema	O item 0011 na cota reservada tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 21.000,00.
24/10/2025 - 09:05:01	Sistema	O fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.



24/10/2025 - 09:05:01	Sistema	Motivo: A pedido do licitante
24/10/2025 - 09:05:01	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 21.000,00.
24/10/2025 - 09:05:29	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0008.
28/10/2025 - 08:16:57	Sistema	O fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0004.
28/10/2025 - 08:22:24	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 29/10/2025.
28/10/2025 - 08:22:24	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
28/10/2025 - 08:37:14	Sistema	O fornecedor K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
28/10/2025 - 08:37:14	Sistema	Motivo: Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo.
28/10/2025 - 08:37:14	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 400,00.
28/10/2025 - 08:37:57	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
28/10/2025 - 08:37:57	Sistema	Motivo: Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo.
28/10/2025 - 08:37:57	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante F5 DISTRIBUIDORA LTDA com lance de R\$ 410,00.
28/10/2025 - 08:38:12	Sistema	O fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
28/10/2025 - 08:38:12	Sistema	Motivo: Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo.
28/10/2025 - 08:38:12	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 500,00.
28/10/2025 - 08:38:27	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
28/10/2025 - 08:38:27	Sistema	Motivo: Não é compatível com o contra ângulo, conforme exige o descritivo.
28/10/2025 - 08:38:27	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante DENTAL BH BRASIL com lance de R\$ 599,94.
28/10/2025 - 08:39:12	Sistema	O fornecedor DENTAL BH BRASIL teve sua proposta aceita no item 0015.
04/11/2025 - 07:32:19	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0009 na cota reservada pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 07:32:19	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES em função do não atendimento à diligência.
04/11/2025 - 07:32:19	Sistema	O item 0009 na cota reservada tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 3.900,00.
04/11/2025 - 07:34:33	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0009a.
04/11/2025 - 07:34:33	Sistema	Motivo: Justificativa equivocada
04/11/2025 - 07:34:33	Sistema	O item 0009a tem como novo arrematante M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES com lance de R\$ 2.900,00.
04/11/2025 - 07:34:41	Sistema	O fornecedor M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES foi desclassificado para o item 0009 na cota reservada pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 07:34:41	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante em função do produto cotado não atender às exigências do edital pois não tem chave Pressostato com chave geral liga/desliga, e o nível de ruído acima dos 52 dba
04/11/2025 - 07:34:41	Sistema	O item 0009 na cota reservada tem como novo arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 3.900,00.
04/11/2025 - 07:34:57	Sistema	O fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0009.
04/11/2025 - 07:37:39	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 07:37:39	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência aberta dia 29/10 às 12:00h.
04/11/2025 - 07:37:39	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com lance de R\$ 21.450,00.
04/11/2025 - 07:41:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 05/11/2025.
04/11/2025 - 07:41:11	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
04/11/2025 - 07:42:25	Sistema	O fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0011 na cota reservada pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 07:42:25	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA em função do não atendimento à diligência.
04/11/2025 - 07:42:25	Sistema	O item 0011 na cota reservada tem como novo arrematante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI com lance de R\$ 21.479,93.
04/11/2025 - 07:42:25	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0011 foi equalizada.
04/11/2025 - 07:42:57	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 05/11/2025.
04/11/2025 - 07:42:57	Sistema	Motivo: Solicito apresentação de catálogo do produto cotado, sob pena de desclassificação. O catálogo deve estar claro na identificação do produto e apresentar as características exigidas no edital.
04/11/2025 - 07:50:04	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
04/11/2025 - 07:50:04	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI, em função do catálogo apresentado ser de produto diferente do que foi cotado.



04/11/2025 - 07:50:04	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda com lance de R\$ 6.000,00.
04/11/2025 - 13:32:21	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
04/11/2025 - 13:40:03	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
05/11/2025 - 13:45:45	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI teve sua proposta aceita no item 0011.
05/11/2025 - 13:56:58	Sistema	O fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI teve sua proposta aceita no item 0010.
05/11/2025 - 13:58:05	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda teve sua proposta aceita no item 0018.
15/12/2025 - 15:50:34	Pregoeiro	Pelo presente, convoco os licitantes para o retorno das atividades do Pregão 031/2025 em 16 de dezembro de 2025, às 16h. Informo que a presença virtual dos licitantes é indispensável para o andamento do certame haja vista a possibilidade de abertura de diligências e manifestação de recurso.
16/12/2025 - 16:00:46	Pregoeiro	Boa tarde licitantes!
16/12/2025 - 16:05:40	Pregoeiro	Vamos dar continuidade no certame
16/12/2025 - 16:06:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:06:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2025 às 16:16.
16/12/2025 - 16:08:39	Sistema	O fornecedor FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
16/12/2025 - 16:21:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
16/12/2025 - 16:22:08	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI.
16/12/2025 - 16:22:08	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI.
16/12/2025 - 16:22:08	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI.
16/12/2025 - 16:22:08	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI.
16/12/2025 - 16:22:54	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor F5 DISTRIBUIDORA LTDA.
16/12/2025 - 16:23:11	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Mf de Almeida e Cia Ltda Epp.
16/12/2025 - 16:24:00	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL BH BRASIL.
16/12/2025 - 16:24:00	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL BH BRASIL.
16/12/2025 - 16:24:00	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL BH BRASIL.
16/12/2025 - 16:24:10	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA.
16/12/2025 - 16:24:10	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA.
16/12/2025 - 16:24:10	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA.
16/12/2025 - 16:24:26	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI.
16/12/2025 - 16:24:44	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Vs Costa & Cia Ltda.
16/12/2025 - 16:24:44	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Vs Costa & Cia Ltda.
16/12/2025 - 16:24:52	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI.
16/12/2025 - 16:34:01	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:30 do dia 16/12/2025.
16/12/2025 - 16:34:01	Sistema	Motivo: Solicito em sede de diligência que apresente documentos de habilitação, conforme exigências editalicias. Juntamente com os documentos exigidos no descritivo do item



16/12/2025 - 16:52:21	Pregoeiro	Devido ao prazo de diligência que tem como prazo até HOJE as 18:30h e vai extrapolar o horário de expediente. Vamos suspender o presente certame e retornaremos as atividades amanhã as 7:30h.
17/12/2025 - 07:35:09	Pregoeiro	Bom dia Licitantes!
17/12/2025 - 07:41:11	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda foi inabilitado no processo.
17/12/2025 - 07:41:11	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante pelo não atendimento a diligência aberta dia 16/12
17/12/2025 - 07:41:11	Sistema	O fornecedor Visamed Comercio de Material Hospitalar Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
17/12/2025 - 07:41:11	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 8.000,00.
17/12/2025 - 07:42:31	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0018. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 17/12/2025.
17/12/2025 - 07:42:31	Sistema	Motivo: Tendo em vista que o valor arrematado ficou acima do orçamento que é de R\$6.960,00, precisamos de um desconto ao menos igualar este valor para não fracassarmos o item
17/12/2025 - 08:13:20	Sistema	O fornecedor JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
17/12/2025 - 08:13:20	Sistema	Motivo: Em função de insucesso na negociação com os licitantes, haja vista que o valor das propostas ficaram muito acima do valor orçado, declaro fracassado o presente certame.
17/12/2025 - 08:22:22	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.
17/12/2025 - 08:22:22	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 08:22:22	Sistema	Justificativa: Rejeito a intenção de recurso em função de ser vaga e genérica, sem qualquer apontamento de quais preceitos legais ou quais regras do edital foram infringidos.
17/12/2025 - 08:43:34	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.
17/12/2025 - 08:43:34	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 08:43:34	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:49:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
17/12/2025 - 08:49:15	Sistema	Intenção: manifestamos intenção de recurso: arrematante não atende ao solicitado em edital.
17/12/2025 - 08:49:15	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:49:19	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
17/12/2025 - 08:49:19	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 08:49:19	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:49:22	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
17/12/2025 - 08:49:22	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso devido a nossa desclassificação no item.
17/12/2025 - 08:49:22	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:49:27	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
17/12/2025 - 08:49:27	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso , pelo fato do equipamento oferecido não atender o descritivo técnico solicitado no edital.
17/12/2025 - 08:49:27	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:49:31	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
17/12/2025 - 08:49:31	Sistema	Intenção: Equipamento ofertado não atende ao edital.
17/12/2025 - 08:49:31	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:49:51	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.
17/12/2025 - 08:49:51	Sistema	Intenção: APRESENTAMOS CATALOGO NA DOCUMENTAÇÃO INICIAL E FOMOS DESCLASSIFICADOS POR FALTA DE CATÁLOGO. PRECISAMOS QUE REVEJAM A CONDUTA PRATICADA.
17/12/2025 - 08:49:51	Sistema	Justificativa: Questionamento superado
17/12/2025 - 08:50:00	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.
17/12/2025 - 08:50:00	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 08:50:00	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:50:04	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.



17/12/2025 - 08:50:04	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 08:50:04	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:50:25	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.
17/12/2025 - 08:50:25	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 08:50:25	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:50:35	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.
17/12/2025 - 08:50:35	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 08:50:35	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:50:39	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.
17/12/2025 - 08:50:39	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 08:50:39	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:50:42	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.
17/12/2025 - 08:50:42	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 08:50:42	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 08:58:22	Sistema	O fornecedor FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
17/12/2025 - 09:21:38	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.
17/12/2025 - 09:21:38	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:21:38	Sistema	Justificativa: Ausência de motivação. A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:26:58	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0017.
17/12/2025 - 09:26:58	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:26:58	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:27:05	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.
17/12/2025 - 09:27:05	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:27:05	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:27:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.
17/12/2025 - 09:27:15	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:27:15	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:27:38	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.
17/12/2025 - 09:27:38	Sistema	Intenção: APRESENTAMOS CATALOGO NA DOCUMENTAÇÃO INICIAL E FOMOS DESCLASSIFICADOS POR FALTA DE CATÁLOGO. PRECISAMOS QUE REVEJAM A CONDUTA PRATICADA.
17/12/2025 - 09:27:38	Sistema	Justificativa: Questionamento superado
17/12/2025 - 09:27:48	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.
17/12/2025 - 09:27:48	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:27:48	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:28:01	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.



17/12/2025 - 09:28:01	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:28:01	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:28:11	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.
17/12/2025 - 09:28:11	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:28:11	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:28:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.
17/12/2025 - 09:28:15	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:28:15	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:28:31	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014.
17/12/2025 - 09:28:31	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:28:31	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:31:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.
17/12/2025 - 09:31:15	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:31:15	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:40:17	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
17/12/2025 - 09:40:17	Sistema	Intenção: APRESENTAMOS CATALOGO NA DOCUMENTAÇÃO INICIAL E FOMOS DESCLASSIFICADOS POR FALTA DE CATÁLOGO. PRECISAMOS QUE REVEJAM A CONDUTA PRATICADA.
17/12/2025 - 09:40:17	Sistema	Justificativa: Questionamento superado
17/12/2025 - 09:41:59	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
17/12/2025 - 09:41:59	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:41:59	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:42:07	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
17/12/2025 - 09:42:07	Sistema	Intenção: Manifestamos a intenção de recurso, o equipamento ofertado não atende ao edital, quanto a interpretação de laudos, demonstraremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:42:07	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:42:24	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
17/12/2025 - 09:42:24	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.
17/12/2025 - 09:42:24	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:42:30	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
17/12/2025 - 09:42:30	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso , pois, o equipamento ofertado na proposta não atende ao descritivo técnico solicitado o edital.
17/12/2025 - 09:42:30	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:42:43	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
17/12/2025 - 09:42:43	Sistema	Intenção: APRESENTAMOS CATALOGO NA DOCUMENTAÇÃO INICIAL E FOMOS DESCLASSIFICADOS POR FALTA DE CATÁLOGO. PRECISAMOS QUE REVEJAM A CONDUTA PRATICADA.
17/12/2025 - 09:42:43	Sistema	Justificativa: Questionamento superado
17/12/2025 - 09:42:54	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
17/12/2025 - 09:42:54	Sistema	Intenção: Boa tarde,declaramos intenção de recurso, item não atende ao edital, provaremos na peça recursal.



17/12/2025 - 09:42:54	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:43:35	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
17/12/2025 - 09:43:35	Sistema	Intenção: Boa tarde Sr. pregoeiro, tudo bem ? Gostaria de manifestar recurso no referido item, pois o produto cotado pelo licitante vencedor não atende a 100% do descritivo solicitado.
17/12/2025 - 09:43:35	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:43:39	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
17/12/2025 - 09:43:39	Sistema	Intenção: Boa tarde Sr. pregoeiro, tudo bem ? Gostaria de manifestar recurso no referido item, pois o produto cotado pelo licitante vencedor não atende a 100% do descritivo solicitado.
17/12/2025 - 09:43:39	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:43:45	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
17/12/2025 - 09:43:45	Sistema	Intenção: Boa tarde! Espero que estejam bem, viemos por meio desta manifestar recurso, pois a marca ofertada pela vencedora não atende completamente o descritivo do edital, demais razões e apontamentos faremos em peça recursal.
17/12/2025 - 09:43:45	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:43:52	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
17/12/2025 - 09:43:52	Sistema	Intenção: Manifestamos nossa intenção de recurso do item 05, sobre a reabilitação do fornecedor desclassificado, e vamos apresentar nossos argumentos no recurso.
17/12/2025 - 09:43:52	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:43:58	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
17/12/2025 - 09:43:58	Sistema	Intenção: Sr. pregoeiro, boa tarde! Viemos por meio desta manifestar recurso para a bomba à vacuo, referente ao descritivo cotado não atender as especificações do edital.
17/12/2025 - 09:43:58	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:44:02	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
17/12/2025 - 09:44:02	Sistema	Intenção: Solicitamos a intenção de recurso do item 05, e apresentaremos os fundamentos em nossos recursos.
17/12/2025 - 09:44:02	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:44:08	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
17/12/2025 - 09:44:08	Sistema	Intenção: Gostaríamos de manifestar recurso pois a empresa vencedora está ofertando um produto que não atende 100% do descritivo, apontaremos nossos pontos em nossa peça recursal.
17/12/2025 - 09:44:08	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:44:13	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
17/12/2025 - 09:44:13	Sistema	Intenção: Sr. pregoeiro, boa tarde! Viemos por meio desta manifestar recurso para a bomba à vacuo, referente ao descritivo cotado não atender as especificações do edital.
17/12/2025 - 09:44:13	Sistema	Justificativa: A apresentação de intenção de recurso genérica, sem descrever minimamente a irregularidade cometida pelo pregoeiro ou por empresa licitante, afronta o art. 44 do Decreto 10.024/2019, sendo que a exigência de motivação da intenção recursal pressupõe a indicação do ponto que deve ser revisto e dos dispositivos legais ou do edital infringidos.
17/12/2025 - 09:45:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.
17/12/2025 - 09:45:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:56.



[illegible]

17/12/2025 - 09:52:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:03.
17/12/2025 - 09:52:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi redefinida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:03.
17/12/2025 - 09:52:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi redefinida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:03.
17/12/2025 - 09:52:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi redefinida pelo pregoeiro para 17/12/2025 às 10:03.
17/12/2025 - 10:05:56	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Vitor Lopes Agrizzi
Pregoeiro

Elizabete Batista Pereira Silva
Apoio

